ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта по ТУ 9398-012-18037666-96»

1.НАЗНАЧЕНИЕ. Зонды предназначены для однократного использования в хирургических отделениях клиник и больниц для лечения различных контингентов больных при неотложных состояниях и хронических заболеваниях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Зонды выпускаются следующих марок:

ЗДС- зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта;

ЗТДСУ – зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта с наконечником в виде оливы;

ЗТДСК- зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта с уплотнительными кольцами.

Наружный диаметр по шкале Шарьера: от №8 до №48.

3.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Условия транспортирования зондов должны соответствовать группе 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. Транспортирование должно проводиться любым видом транспорта согласно ГОСТ Р 50444.

3.2.Условия хранения должны соответствовать группе 2(С) по ГОСТ 15150-69. Зонды должны храниться на стеллажах в упаковке производителя и защищены от прямого солнечного и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделия вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

4.СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация производится химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным методами по МУ 287-113.

5.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты зондов от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие зондов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

6.2 Гарантийный срок годности зондов 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41а, тел/факс (495) 583 36 62.
Место производства: Россия, 141336,
МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а,
+375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru