Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная непереносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

Таблица 1

Размер	Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см	Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см
XXS	25-28	-
XS	28-32	40-44
S	32-36	45-49
M	36-40	50-54
L	40-45	55-59
XL	45-51	60-64
XXL	49-55	65-69

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Условия эксплуатации (для климатического исполнения УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150):

- температура воздуха должна быть от плюс 10°С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха - 60% при 20 °С (верхнее значение - 80% при плюс 25°С).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедичесский восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Телефон для справок: (017) 308-14-34; регистратура: (017) 308-14-32.
E-mail: minsk@bpovc.by; http://www.bpovc.by.

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Производственные площадки:

❖ Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 225409, г. Барановичи, ул. Царюка, 39. Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58. E-mail: prort@brest.by; http://www.bpovc-bar.by

❖ Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 113.
Регистратура (медкабинет): (0212) 67-14-12, магазин-прокат: (0212) 67-14-22.
E-mail: vitebsk@bpovc.by; http://www.bpovc-vitebsk.by

❖ Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А.
Регистратура: (0232) 51-72-23. E-mail: gomel@bpovc.by; http://www.bpovc-gomel.by

❖ Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь 230003, г. Гродно, ул. Белуша 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92. E-mail: grodno@bpovc.by; http://www.bpovc-grodno.by

❖ Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г. Могилев, пер. Базный, 8
Телефон для справок: (0222) 74-48-91, (0222) 64-40-95, (029) 302-14-57.
E-mail: mogilev@bpovc.by; http://www.bpovc-mogilev.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru