



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

геля стоматологического – средства вяжущего для обработки зубных лунок после экстракции зубов, для ретракции десны при лечении пришеечного кариеса и обработки корневых каналов после пульпотомии

«АЛЮМОГЕЛЬ» (форте)
по ТУ 9391-097-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Гель стоматологический – средство вяжущее для обработки зубных лунок после экстракции зубов, для ретракции десны при лечении пришеечного кариеса и обработки корневых каналов после пульпотомии **«Алюмогель» (форте)** (далее по тексту – материал «Алюмогель») применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены, а также для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении.

Материал «Алюмогель» предназначен для применения в условиях медицинского учреждения.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Алюмогель» выпускается в виде двух гелей: **«Алюмогель»** и **«Алюмогель» (форте)**. Гелевая форма позволяет применять материал точно, не растекаясь, при этом достигается максимальная концентрация гемостатика в зоне кровоизлияния.

Гемостатическое действие основного компонента гелей - алюминия хлористого – многократно усиливает входящий в состав препарата центимониум бромид, который кроме того обладает бактерицидными свойствами.

Для более эффективного и быстрого гемостаза в материал **«Алюмогель» (форте)** введены соли железа.

Материал **«Алюмогель»** не токсичен, прост в применении, не вызывает раздражений, легко смывается струей воды.

Материал **«Алюмогель» (форте)** с солями железа может временно изменить цвет ткани десны, который восстанавливается через 1-2 дня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Тампон из стерильной ваты смазывают гелем и накладывают на кровоточащую поверхность, слегка прижимая, в течение 1 минуты.

При значительной кровоточивости десны перед проведением манипуляций необходимо изолировать обрабатываемый участок ватными валиками, на 1 минуту нанести небольшое количество геля на оральную и вестибулярную поверхности десны. Для усиления гемостаза в зубодесневую борозду ввести ретракционную нить, пропитанную жидкостью «Ре-Корд». Затем гель смывают водой, подсушивают десну струей воздуха и проводят необходимое действие.

Для обработки корневого канала материал «Алюмогель» вводят в канал с помощью бумажного штифта или корневой иглы, оставляют на 1 минуту. Затем канал промывают физраствором, просушивают и проводят его дальнейшую обработку.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель (шприц)	- 5 мл
Игла изогнутая в п/э пакете типа «Ziplock»	- 5 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск материалов «Алюмогель» и «Алюмогель» (форте) другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре **от +5°C до +25°C**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

Срок годности - **3 года**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала «Алюмогель» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05517 от 26.08.2009г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

308023, Россия, г. Белгород

ул. Студенческая, 19

тел. (4722) 200-555

факс: (4722) 31-59-03

www.vladmiva.ru

Партия и дата выпуска
указаны на упаковке

Партия №

Дата выпуска

Символы/ Symbols



- Внимание/Caution (Attention)



- Производитель/Manufacturer



- Беречь от влаги/Store in a dry place



- Не использовать повторно/Do not reuse



- Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight



- Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation



- Упаковщик/Packer



- Дата изготовления/Date of manufacture



- Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский язык/Spanish, KK – казахский язык/Kazakh, UZ – узбекский язык/Uzbek, UK – украинский язык/Ukrainian, PT – португальский язык/Portuguese

- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002



- Не использовать при повреждении упаковки / Not to be used in case package is damaged