Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 314081-100	**Название продукта**
Описание	ЕК 223 система шланговая с капельницей
Группа продукта	система шланговая 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии.	
Применение	
устройство короткой продолжительности действия (≤8 часов) только в комбинации с REF 314626-100	
Частота применения	
В течение заявленного периода действия (≤8 часов) система может быть использована неограниченное количество раз.	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT				
Accutron HP (только в режиме CT)				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,7
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 210,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Капельница: ПВХ, без ДЭГФ
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602233(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602237(10)123456789(17)ггммдд

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	40,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 314095-100	**Название продукта**
Описание	спайк вентилируемый MU
Группа продукта	Принадлежности
Использование по назначению	
Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.	
Применение	
устройство короткой продолжительности действия (≤8 часов)	
Частота применения	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

В течение заявленного периода действия (≤8 часов) система неограниченное количество раз.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT, Accutron CT-D				
Accutron HP, Accutron HP-D				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	Только наполнение			
► Объем наполнения				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк 0,3	Остаточный объем жидкости --	Трубка --
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм				
► Данные о материале				
Трубка/ линия	--			
шприц-колба	--			

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

принадлежности	Воздушный фильтр с крышкой: ПП Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288602561(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код первичной упаковки	(01)24250288602568(10
Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288602565(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	5
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 314099-100	**Название продукта**
Описание	MRS 222 MR-система шланговая с 1 встроенной капельницей
Группа продукта	система шланговая 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство короткой продолжительности действия (≤8 часов) только в комбинации с REF 314626-100	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Частота применения
В течение заявленного периода действия (≤8 часов) система неограниченное количество раз.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с
Accutron CT-D
Accutron HP-D (только в режиме CT)
Accutron MR

► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм

► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4

► Длина трубки КВ в мм	
со стороны всасывания 1.040,0	со стороны давления 120,0

► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 0,2

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
100,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a	∅ i

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3,0	1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар капельница с микрофильтром для очистки от механических нм Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Капельница: ПВХ, без ДЭГФ
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288600048(10 - (01)34250288600042(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	56,28
Масса вторичной упаковки в г	440
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 314100-100	**Название продукта**
Описание	MRS 222 MR-система шланговая
Группа продукта	система шланговая 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство короткой продолжительности действия (≤8 часов) только в комбинации с REF 314626-100	
Частота применения	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

В течение заявленного периода действия (≤8 часов) система неограниченное количество раз.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 0,2

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
100,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Технология клапана микробиологически и вирусологически самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар капельница с микрофильтром для очистки от механических нм Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Капельница: ПВХ, без ДЭГФ
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288600079(10 - (01)34250288600073(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	58
Масса вторичной упаковки в г	440
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 314108-100	**Название продукта**
Описание	Система шланговая двойная с 1 встроенной капельницей и клапаном
Группа продукта	система шланговая 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство короткой продолжительности действия (≤8 часов) только в комбинации с REF 314626-100	
Частота применения	
В течение заявленного периода действия (≤8 часов) система может быть использована неограниченное количество раз.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.040,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,5

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
2.000,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

капельница с микрофильтром для очистки от механических нм Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Капельница: ПВХ, без ДЭГФ
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288600086(10 - (01)34250288600080(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	72,28
Масса вторичной упаковки в г	440
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 314119-100	**Название продукта**
Описание	MRS 222 XS система шланговая со сменными спайками и дополнительным клапаном
Группа продукта	система шланговая 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство короткой продолжительности действия (≤8 часов) только в комбинации с REF 314626-100	
Частота применения	
В течение заявленного периода действия (≤8 часов) система может быть использована неограниченное количество раз.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.040,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.040,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 0,4

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
200,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Капельница: ПВХ, без ДЭГФ
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288600109(10)123456789(17)ггммдд
Штрих-код первичной упаковки	-

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288600103(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	62,9
Масса вторичной упаковки в г	440
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение

► Описание продукта

Номер статьи 314626-100	**Название продукта**
Описание	ELS 200 мл Шприц-колба MU
Группа продукта	шприц-колба 21 бар

Использование по назначению

Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или солевого раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента.

Применение

устройство короткой продолжительности действия (≤8 часов)

Частота применения

В течение заявленного периода действия (≤8 часов) система может быть использована неограниченное количество раз.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT, Accutron CT-D				
Accutron HP, Accutron HP-D				
Accutron MR				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
200				
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости 1,5	Трубка --
► Данные о материале				
Трубка/ линия	--			
шприц-колба	ПЭТг Поршень: АБС, ПК Резина: ПП/ ЭПДМ. ТПВ Колпачок: ПЭ Силиконовое масло			
Принадлежности	--			
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка			

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601724(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601728(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	120,1
Масса вторичной упаковки в г	850,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315080-100	**Название продукта**
Описание	HSD 525 вбирающий шланг
Группа продукта	системы шланговые 83 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron HP, Accutron HP-D				
► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка --
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 0--	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a --	∅ i --
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм				

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Трехходовый краник высокого давления: Полиформальдегид, ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки	(01)14250288602462(10)123456789(17)ггммдд -

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288602466(10)
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	26,9
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315082-100	**Название продукта**
Описание	HSD 527 вбирающий шланг с клапаном
Группа продукта	системы шланговые 83 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron HP, Accutron HP-D				
► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка --
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления --	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a --	∅ i --
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм.				

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Капельница: ПВХ, без ДЭГФ
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602486(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602480(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	25,2
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315083-100	**Название продукта**
Описание	HSD 527 вбирающий шланг с клапаном и встроенной капельницей
Группа продукта	системы шланговые 83 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron HP, Accutron HP-D				
► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка --
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления --	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a --	∅ i --
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм				

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602509(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602503(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	24,3
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315085-100	**Название продукта**
Описание	HDW 526 трехходовый краник высокого давления
Группа продукта	Принадлежности
Использование по назначению	
Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения в мл	
0,3	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	--
шприц-колба	--
принадлежности	ПК, Полиформальдегид, Силикон
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601762(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601769(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601766(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	20,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315100-100	**Название продукта**
Описание	HS 224/100 RA линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,5	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.000,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602066(10 - (01)34250288602060(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	30,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315121-100	**Название продукта**
Описание	HP 150 RA линия для пациента с обратным клапаном, PVC-flex
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,7	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 5,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602370(10 - (01)34250288602374(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	44,6
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315124-100	**Название продукта**
Описание	HS 224/180 RA линия для пациента с клапаном
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 4,6	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.800,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602387(10 - (01)34250288602381(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	29,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315125-100	**Название продукта**
Описание	HS 224/120 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,1	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.200,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288602080(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	- (01)34250288602084(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	30,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315126-100	**Название продукта**
Описание	HS 224/120 RA линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,1	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.200,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602103(10 - (01)34250288602107(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	30,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315129-100	**Название продукта**
Описание	HP 120 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,1	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.200,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 5,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, ПК Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288602394(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	- (01)34250288602398(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	43,2
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315130-100	**Название продукта**
Описание	HP 120 RA линия для пациента, PVC-flex
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,1	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.200,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 5,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602417(10 - (01)34250288602411(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	36,3
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315132-100	**Название продукта**
Описание	HP 180 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,2	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.800,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 5,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, ПК Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288602431(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	- (01)34250288602435(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	49,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315134-100	**Название продукта**
Описание	HS 224/180 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 4,6	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.800,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, ПК Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288602127(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	- (01)34250288602121(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	29,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315135-100	**Название продукта**
Описание	HS 224/180 RA линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 4,6	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.800,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: Полиуретан Luer-Lock соединитель: ПК Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,038,5x28,5x24,2
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602134(10 - (01)34250288602138(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	30,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315136-100	**Название продукта**
Описание	HS 224/150 RA линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,8	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: Полиуретан Luer-Lock соединитель: ПК Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602141(10 - (01)34250288602145(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	27,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315137-100	**Название продукта**
Описание	HP 120 RA линия для пациента с обратным клапаном, PVC-flex
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,1	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.200,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 5,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602448(10 - (01)34250288602442(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	39,1
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315138-100	**Название продукта**
Описание	HP 150 RA линия для пациента, PVC-flex
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,2	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 4,9	∅ i 1,4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602158(10 - (01)34250288602152(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	26,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 315140-100	**Название продукта**
Описание	HP 110 RA линия для пациента с обратным клапаном, PVC-flex (прямая упаковка)
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron HP, Accutron HP-D	
► Описание производства	
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 1,6	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.100,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 4,9	∅ i 1,4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602165(10 - (01)34250288602169(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	42,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	25
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	25

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 316026-100	**Название продукта**
Описание	ELS 200 мл (S) (Легко Загружаемый Шприц)
Группа продукта	шприц-колба 83 бар
Использование по назначению	
Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или физиологического раствора (NaCl) в ангиографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT, Accutron CT-D				
Accutron HP, Accutron HP-D				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения в мл				
200				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости 1,5	Трубка --

► Данные о материале	
Трубка/ линия	--
шприц-колба	ПЭТг Поршень: АБС, ПК Резина: ПП/ ЭПДМ. ТПВ Колпачок: ПЭ Силиконовое масло
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602578(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602572(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	120,1
Масса вторичной упаковки в г	850,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 316065-100	**Название продукта**
Описание	ELS 65 мл (Легко Загружаемый Шприц)
Группа продукта	шприц-колба 21 бар
Использование по назначению	
Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
65				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости 0,3	Трубка --

► Данные о материале	
Трубка/ линия	--
шприц-колба	ПЭТг Поршень: ПК Герметик: синтетическая резина
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	3 года
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602592(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602596(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	80,0
Масса вторичной упаковки в г	850,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317080-100	**Название продукта**
Описание	ES 223 система шланговая со спайком
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT				
Accutron HP (только в режиме CT)				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,5
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 160,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601960(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601964(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	30,0

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317081-100	**Название продукта**
Описание	EK 223 система шланговая с капельницей
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Системы шланговые предназначены для переливания ж вещества (КВ). Они предназначены для наполнения контрастного вещества и для переливания жидкостей п томографии и магнитно-резонансной терапии.
Применение
устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT	
Accutron HP (только в режиме CT)	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения КВ в мл	
со стороны всасывания	со стороны давления

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный об жидкости --

► Длина трубки КВ в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 210,0

► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блист
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинс ПА/ПЭ многослойная с
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601984(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601988(10)123456789(17)ггммдд

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	40,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317083-100	**Название продукта**
Описание	Система шланговая с вбирающей линией и капельницей
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 60,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,0

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания --	со стороны давления 320,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a --	∅ i --	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 2,7

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.500,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601991(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601995(10)123456789(17)ггммдд
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хранить в закрытой упа воздействия прямых со месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288600604(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288600608(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	57,3
Масса вторичной упаковки в г	440
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317101-100	**Название продукта**
Описание	Система шланговая двойная
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Одноразовое устройство, предназначенное для одного испол

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания --		со стороны давления 60,0		
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания		со стороны давления		
∅ a	∅ i	∅ a	∅ i	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

--	--	4,1

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,9

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания --	со стороны давления 300,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a --	∅ i --	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,2

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.800,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм
со стороны давления

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

∅ a	∅ i
3,0	1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601793(10 - (01)34250288601797(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	50,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317102-100	**Название продукта**
Описание	СТ-заполняемый Комплект для Двойного Щприц-инъектора
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Одноразовое устройство, предназначенное для одного испол

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,5

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
2.000,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар капельница с микрофильтром для очистки от механических нм Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602011(10 - (01)34250288602015(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	170,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317104-100	**Название продукта**
Описание	MR-ELS система шланговая с 2 клапанами, зеленая
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания --			со стороны давления 100,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a --	∅ i --		∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,6

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания --	со стороны давления 340,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a --	∅ i --	∅ a 3,0	∅ i 1,5

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 2,7

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.500,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки	(01)14250288602202(10)123456789(17)ггммдд -

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288602206(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	22,0
Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317105-100	**Название продукта**
Описание	Комплект RM/MR Комплект
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,3
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания --			со стороны давления 100,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a --	∅ i --		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,9

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания --	со стороны давления 300,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a --	∅ i --	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 2,7

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.500,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601816(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601810(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	20,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317108-100	**Название продукта**
Описание	Система шланговая двойная с 1 встроенной капельницей и клапаном
Группа продукта	система шланговая 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.040,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,5

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
2.000,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288600710(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288600714(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	72,2
Масса вторичной упаковки в г	440
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317109-100	**Название продукта**
Описание	Система шланговая двойная с 1 встроенной капельницей
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.040,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 2,7

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.500,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288600741(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288600745(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317112-100	**Название продукта**
Описание	Y-соединитель с 2 перфузионными линиями для двойного инъектора
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 1,8

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.000,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602028(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602022(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	70,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317114-100	**Название продукта**
Описание	CT-Комплект с загнутой линией 180 см для использования с Xenetix® ScanBag®
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.040,0			со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,1

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 360,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,8

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.800,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,1	∅ i 1,6

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602035(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602039(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	80,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317125-100	**Название продукта**
Описание	MRS 225 MR-система шланговая
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0,0			со стороны давления 60,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,0

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 0,0	со стороны давления 320,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 0,0

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
0,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601830(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601834(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	20,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317128-100	**Название продукта**
Описание	MRS 228 MR-система шланговая
Группа продукта	системы шланговые 21 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0,0			со стороны давления 60,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0		∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 1,0

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 320,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 0,0

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
0,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 1,2 нм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602042(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602046(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	40,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50
Масса за единицу доставки в кг	--

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317183-100	**Название продукта**
Описание	Accutron HP-D система шланговая
Группа продукта	системы шланговые 83 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron HP-D				
► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 160,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 160,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 3,7	∅ i 1,8

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 0,0

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
0,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0

капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602516(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602510(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	60,8
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317184-100	**Название продукта**
Описание	ScanBag HP-D система шланговая
Группа продукта	системы шланговые 83 бар
Использование по назначению	
Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron HP-D				
► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 6,0	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.040,0			со стороны давления 160,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 3,7	∅ i 1,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,4

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 1.000,0	со стороны давления 160,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 3,7	∅ i 1,8

капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602530(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602534(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	65,5
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Описание продукта	
Номер статьи 317186-100	**Название прод**
Описание	Accutron HP-D – Y напорная линия с обратными клапанами
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в ангиографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Частота применения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Одноразовое устройство, предназначенное для одного испол				
совместимо с				
Accutron HP-D				
► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,5
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0			со стороны давления 180	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a --	∅ i --		∅ a 3,7	∅ i 1,8

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл	
со стороны всасывания	со стороны давления

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 0	со стороны давления 200

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a --	∅ i --	∅ a 3,7	∅ i 1,8

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 0,0

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
2000

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 5	∅ i 1,5

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Материалы вторичной упаковки	
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602554(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602558(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	65,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317187-100	**Название продукта**
Описание	Accutron HP-D Y Напорная линия с 2 обратными клапанами
Группа продукта	линии для пациента 83 бар
Использование по назначению	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Линии для пациента предназначены для внутривенног контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (N
Применение
устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.
совместимо с
Accutron HP-D

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Описание производства				
Макс. давление	83 бар / 1200 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,5
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0,0			со стороны давления 180,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны д	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 3,7	

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,5

Паспорт продукта

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 0,0	со стороны давления 180,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 3,7	∅ i 1,8

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,5

► Длина трубки общей линии в мм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

со стороны давления	
2.000,0	
► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 5,0	∅ i 1,5
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, Полиуретан Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Вращающийся адаптер: ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	-
Отметка CE	CE 0482

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602455(10 - (01)34250288602459(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	67,6
Масса вторичной упаковки в г	440
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317602-100	**Название продукта**
Описание	MR-Набор ELS 65 мл
Группа продукта	Установить как Комплект

Использование по назначению

Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии.

Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или солевого раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента.

Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Применение				
устройство одноразового использования				
Частота применения				
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.				
совместимо с				
Accutron MR				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0,0			со стороны давления 100,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 3,0	∅ i 1,5

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 0,3	Трубка 0,6

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 0,0	со стороны давления 340,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 3,0	∅ i 1,5

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,3

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.850,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм
со стороны давления

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

∅ a	∅ i
3,0	1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: ПК Винтовая крышка: АБС; спайк: АБС Уплотнительная крышка: ПЭ Мембрана фильтра: ПП
шприц-колба	ПЭТ Поршень: ПК Герметик: синтетическая резина
принадлежности	Воздушный фильтр с крышкой: ПП Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	3 года
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602615(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602619(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	190,0
Масса вторичной упаковки в г	850,0

Паспорт продукта

Количество во вторичной упаковке	20
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317603-100	**Название продукта**
Описание	MR-Набор ELS 65 мл / 200 мл
Группа продукта	Установить как Комплект
Использование по назначению	

Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии.

Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или солевого раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента.

Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	
совместимо с	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения КВ в мл	
со стороны всасывания	со стороны давления

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 0,3	Трубка 0,2

Паспорт продукта

► Длина трубки КВ в мм			
со стороны всасывания 0,0		со стороны давления 60,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 1,5	Трубка 0,9

► Длина трубки NACL в мм			
со стороны всасывания 0,0		со стороны давления 300,0	
► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Объем наполнения общей линии	
со стороны давления	
Трубка 3,2	
► Длина трубки общей линии в м	
со стороны давления	
1.800,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 1,2 нм, 0,1 нм	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП; Материалы спайка: воздушный фильтр с крышкой: ПП, ПТФЭ Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
шприц-колба	ПЭТг Поршень: АБС, ПК Резина: ПП/ ЭПДМ. ТПВ Колпачок: ПЭ Силиконовое масло; Материалы шприц-колбы 65 мл: ПЭТ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Поршень: ПК Герметик: синтетическ
принадлежности	Воздушный фильтр с к Вентилируемый спайк: Винтовая крышка: низк Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	3 года
Стерилизация	ЭО-Газ

Паспорт продукта

Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602639(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602633(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	360,0
Масса вторичной упаковки в г	850,0
Количество во вторичной упаковке	20
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317604-100	**Название продукта**
Описание	MR-Комплект ELS 65 мл
Группа продукта	Установить как Комплект
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или солевого раствора (NaCl) в ангиографии, компьютерной томографии и магнитно-	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

резонансной терапии. С помощью инъектора контраст переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц- опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в органи

Принадлежности предназначены для связи между н медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	
совместимо с	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения КВ в мл	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 0,3	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0,0			со стороны давления 100,0	

Паспорт продукта

► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 3,0	∅ i 1,5
► Объем наполнения NACL в мл			
со стороны всасывания			со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,6
► Длина трубки NACL в мм			
со стороны всасывания 0,0		со стороны давления 340,0	
► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 3,0	∅ i 1,5
► Объем наполнения общей линии в мл			

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

со стороны давления	
Трубка 2,7	
► Длина трубки общей линии в м	
со стороны давления	
1.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: ПК Винтовая крышка: АБС; спайк: АБС Уплотнительная крышка: ПЭ Мембрана фильтра: ПП
шприц-колба	ПЭТ Поршень: ПК Герметик: синтетическая резина
принадлежности	Воздушный фильтр с крышкой: ПП Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинс ПА/ПЭ многослойная с
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	3 года
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288602653(10)123456789(17)ггммдд

Паспорт продукта

Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	- (01)34250288602657(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	140,0
Масса вторичной упаковки в г	850,0
Количество во вторичной упаковке	20
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317614-100	**Название продукта**
Описание	CT-Набор ELS SH
Группа продукта	Установить как Комплект
Использование по назначению	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Линии для пациента предназначены для внутривенног контрастного вещества (КВ) и физиологического раствор томографии и магнитно-резонансной терапии.

Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или солевого раствора (NaCl) в ангиографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента.

Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Применение
устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.
совместимо с
Accutron CT, Accutron CT-D
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 1,5	Трубка 0,0

Паспорт продукта

► Длина трубки КВ в мм			
со стороны всасывания 0,0		со стороны давления 0,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 0,0	∅ i 0,0
► Объем наполнения общей линии в мл			
со стороны давления			
Трубка 3,2			

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Длина трубки общей линии в м	
со стороны давления	
1.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 3,1	∅ i 1,6
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС; Защитная крышка: ПП воздушный фильтр с крышкой: ПП Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
шприц-колба	ПЭТг Поршень: АБС, ПК Резина: ПП/ ЭПДМ. ТПВ Колпачок: ПЭ Силиконовое масло

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

принадлежности	Воздушный фильтр с крышкой: ПП Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: Относительная влажнос Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602677(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602671(10)123456789(17)ггммдд
Масса вторичной упаковки в г	850,0
Количество во вторичной упаковке	20
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317627-100	**Название продукта**
Описание	CT2/MRT Набор ELS (S)
Группа продукта	Установить как Комплект
Использование по назначению	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Системы шланговые предназначены для переливания ж
вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначе
колб инъектора контрастного вещества и для переливан
компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии

Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии.

Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или солевого раствора (NaCl) в ангиографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Применение
устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.
совместимо с
Accutron CT-D
Accutron HP-D (только в режиме CT)
Accutron MR, Accutron MR3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 1,5	Трубка 0,4

Паспорт продукта

► Длина трубки КВ в мм			
со стороны всасывания 1.000,0		со стороны давления 120,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница 10,0	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 1,5	Трубка 1,1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Длина трубки NACL в мм			
со стороны всасывания 1.000,0		со стороны давл	
► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7	∅ a 4,1	∅ i 2,0
► Объем наполнения общей линии в мл			
со стороны давления			
Трубка 2,8			
► Длина трубки общей линии в мм			
со стороны давления			
1.600,0			
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм			
со стороны давления			
∅ a 3,0	∅ i 1,5		

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар капельница с микрофильтром для очистки от механических включений, размер пор 15 нм Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

шприц-колба	ПЭТг Поршень: АБС, ПК Резина: ПП/ ЭПДМ. ТП Колпачок: ПЭ Силиконовое масло
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Паспорт продукта

Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602691(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602695(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	350,0
Масса вторичной упаковки в г	850,0
Количество во вторичной упаковке	20
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 317629-100	**Название продукта**
Описание	CT-Набор ELS DH
Группа продукта	Установить как Комплект

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Использование по назначению
Системы шланговые предназначены для переливания ж вещества (КВ) и солевого раствора (NaCl). Они предназначе колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. Шприц-колба служит камерой для дозирования контрастного вещества (КВ) или солевого раствора (NaCl) в ангиографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. С помощью инъектора контрастного вещества жидкости переносятся из контейнера для подачи жидкости в шприц-колбу, затем шприц-колба опустошается и жидкости, таким образом, вводятся в организм пациента. Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Применение
устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.
совместимо с
Accutron CT-D

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 1,5	Трубка 0,2

Паспорт продукта

► Длина трубки КВ в мм			
со стороны всасывания 0,0		со стороны давления 60,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 4,1	∅ i 2,0
► Объем наполнения NACL в мл			
со стороны всасывания			со стороны давления

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Трубка 0,0	Капельница --	Спайк 0,1	Остаточный объем жидкости 1,5

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 0,0	со стороны давления 300,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 4,1	∅ i 2,0

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 3,2

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
1.800,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Защитная крышка: П крышкой: ПП Вентилируемый спайк: Винтовая крышка: низк Защитная крышка: низк
шприц-колба	ПЭТг Поршень: АБС, ПК Резина: ПП/ ЭПДМ. ТПВ Колпачок: ПЭ Силиконовое масло
принадлежности	Воздушный фильтр с крышкой: ПП Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ
Стерильная барьерная система	Отрывная твердая блистерная упаковка Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	58,5x38,5x26,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.

Паспорт продукта

Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602714(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602718(10)123456789(17)ггммдд
Масса вторичной упаковки в г	850,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Количество во вторичной упаковке	20
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	20

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318020-100	**Название продукта**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Описание	ES 224/25 линия клапаном
Группа продукта	линия для пацие

Использование по назначению

Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.

Применение

устройство одноразового использования

Частота применения

Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с

Accutron CT, Accutron CT-D

Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)

Accutron MR, Accutron MR3

► Описание производства

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюй
► Объем наполнения в мл	
0,4	
► Длина трубки в мм	
250,0	
► Размеры трубки ∅ в мм	
∅ a 3,0	∅ i 1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар	

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блист
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинс ПА/ПЭ многослойная с
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601076(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601070(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	6,4
Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	100
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	100

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение
► Описание продукта

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер статьи 318025-100	**Название прод**
Описание	Одноходовый линией 30 см, luer lock
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с
Accutron CT, Accutron CT-D
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)
Accutron MR, Accutron MR3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 0,9	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
300,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,0

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блист
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинс ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	39x29,5x17
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601144(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601148(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	10,0
Масса вторичной упаковки в г	400,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение
► Описание продукта

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер статьи 318026-100	**Название прод**
Описание	Линия для терминальными ооратными клапанами
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	
совместимо с	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Accutron CT, Accutron CT-D
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)
Accutron MR, Accutron MR3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,7	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна	

Паспорт продукта

самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар
► Данные о материале

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГ Luer-Lock соединитель: Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	39x29,5x17
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601182(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601186(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	28,0
Масса вторичной упаковки в г	400,0
Количество во вторичной упаковке	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318036-100	**Название продукта**
Описание	Линия для пациента 150 см с 2 обратными клапанами
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 5,0	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.600,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	39x29,5x17
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601229(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288601223(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	28,0
Масса вторичной упаковки в г	400,0

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318042-100	**Название продукта**
Описание	DW 229 Соединитель с трехходовым краником
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 0,2	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
100,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Трехходовый краник: ПЭ высокой плотности, ПК
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288601915(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код первичной упаковки	-
Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288601919(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	10,0
Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	100
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	100

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318081-100	**Название продукта**
Описание	ES 224/80 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения в мл	
1,4	
► Длина трубки в мм	
800,0	
► Размеры трубки ∅ в мм	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288601267(10)
Штрих-код первичной упаковки	(01)24250288601264(10)
Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288601261(10)
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	8,8
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318101-100	**Название продукта**
Описание	ES 224/100 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения в мл	
1,8	
► Длина трубки в мм	
1.000,0	
► Размеры трубки ∅ в мм	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288601311(10
Штрих-код первичной упаковки	(01)24250288601318(10
Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288601315(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	10,1
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318151-100	**Название продукта**
Описание	ES 224/150 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Одноразовое устройство, предназначенное для одного испол

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения в мл	
Трубка 2,7	
► Длина трубки в мм	
1.500,0	
► Размеры трубки ∅ в мм	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80%

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хранить в закрытой упа воздействия прямых сол месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601359(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601356(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601353(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	13,2
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318152-100	**Название продукта**
Описание	Линия для пациента 150 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения в мл	
2,7	
► Длина трубки в мм	
1.500,0	
► Размеры трубки ∅ в мм	
∅ a	∅ i

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3,0	1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Относительная влажнос Хранить в закрытой упа воздействия прямых со месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601397(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601394(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601391(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	13,7
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318181-100	**Название продукта**
Описание	Спиральная линия 180 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,8	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.800,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 3,1	∅ i 1,6

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: Относительная влажнос Хранить в закрытой воздействия прямых с месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602271(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602275(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	16,0
Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318198-100	**Название продукта**
Описание	Линия для пациента 200 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения в мл	
3,5	
► Длина трубки в мм	
2.000,0	
► Размеры трубки ∅ в мм	
∅ a	∅ i

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3,0	1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Относительная влажнос Хранить в закрытой упа воздействия прямых со месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601465(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601462(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601469(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	18,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318199-100	**Название продукта**
Описание	ES 224/200 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,5	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
2.000,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80%

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хранить в закрытой воздействия прямых с месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601472(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601479(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601476(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	16,6
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318213-100	**Название продукта**
Описание	Спиральная линия 150 см
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,2	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.500,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 3,1	∅ i 1,6

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80%

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хранить в закрытой воздействия прямых с месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602295(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602299(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	16,6
Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318214-100	**Название продукта**
Описание	Спиральная линия 150 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем заполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 3,2	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.500,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 3,1	∅ i 1,6

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602318(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602312(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	16,2
Масса вторичной упаковки в г	378,0

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение
► Описание продукта

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер статьи 318217-100	**Название прод**
Описание	Спиральная лин клапанами
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с
Accutron CT, Accutron CT-D
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 2,7	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
1.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602332(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602336(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	14,0
Масса вторичной упаковки в г	378,0

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318235-100	**Название продукта**
Описание	Спиральная линия 235 см с Y-соединителем и обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT-D				
Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0,0			со стороны давления 100,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0		∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Объем наполнения NACL в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк --	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,2

► Длина трубки NACL в мм	
со стороны всасывания 0,0	со стороны давления 120,0

► Размеры трубки NACL ∅ в мм			
со стороны всасывания		со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0	∅ a 3,0	∅ i 1,5

► Объем наполнения общей линии в мл
со стороны давления
Трубка 4,2

► Длина трубки общей линии в мм
со стороны давления
2.350,0

► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна
самозамыкающееся устройство
Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602349(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602343(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	23,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318250-100	**Название продукта**
Описание	ES 224/250 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 4,4	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
2.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601557(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601554(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601551(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	20,3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318251-100	**Название продукта**
Описание	Линия для пациента 250 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 4,4	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
2.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601564(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601561(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601568(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	20,4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318253-100	**Название продукта**
Описание	спиральная линия 250 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 4,4	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
2.500,0	
► Размеры трубки общей линии ∅ в мм	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера	(01)14250288602356(10)123456789(17)ггммдд

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штрих-код первичной упаковки	-
Штрих-код вторичной упаковки	(01)34250288602350(10
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	17,0
Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	50

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318300-100	**Название продукта**
Описание	ES 224/300 линия для пациента
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 5,3	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
3.000,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80%

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хранить в закрытой воздействия прямых с месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601588(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601585(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601582(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	23,1
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318301-100	**Название продукта**
Описание	линия для пациента 300 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 5,3	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
3.000,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки общей линии ∅ i	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5
Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар	

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80%

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Хранить в закрытой воздействия прямых с месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601595(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601592(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601599(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	23,2
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 318303-100	**Название продукта**
Описание	Спиральная линия 300 см с обратным клапаном
Группа продукта	линии для пациента 21 бар
Использование по назначению	
Линии для пациента предназначены для внутривенного переливания пациенту контрастного вещества (КВ) и физиологического раствора (NaCl) в компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и рентгеновской маммографии.	
Применение	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

устройство одноразового использования
Частота применения
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм
► Объем наполнения общей линии в мл	
со стороны давления	
Трубка 5,3	
► Длина трубки общей линии в мм	
со стороны давления	
3.000,0	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

► Размеры трубки общей линии ∅	
со стороны давления	
∅ a 3,0	∅ i 1,5

Паспорт продукта

Технология клапана микробиологически и вирусологически безопасна самозамыкающееся устройство Давление открытия 200 мбар ± 50 мбар	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: Относительная влажнос Хранить в закрытой воздействия прямых с месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602363(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602367(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	22,0
Масса вторичной упаковки в г	378,0

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 319080-100	**Название продукта**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Описание	SD 225 вбираю краником и спай
Группа продукта	системы шланго

Использование по назначению

Системы шланговые предназначены для переливания жидкостей – контрастного вещества (КВ). Они предназначены для наполнения шприц-колб инъектора контрастного вещества и для переливания жидкостей пациенту в компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии.

Применение

устройство одноразового использования

Частота применения

Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с

Accutron CT

Accutron HP (только в режиме CT)

► Описание производства

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюй			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 5,7	Капельница --	Спайк -- 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,0
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 1.000,0			со стороны давления 0,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 4,1	∅ i 2,7		∅ a 0,0	∅ i 0,0
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 3 нм				

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	Трубка: ПВХ, без ДЭГФ Luer-Lock соединитель: АБС, МАБС Винтовая крышка: АБС Защитная крышка: ПП Воздушный фильтр с крышкой: ПП

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Вентилируемый спайк: Винтовая крышка: низк Защитная крышка: низк Корпус краника: ПК Поршень: низкоплотны Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: ПП
шприц-колба	--
принадлежности	--
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602059(10)123456789(17)ггммдд - (01)34250288602053(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	30,0

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	50
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 319085-100	**Название продукта**
Описание	DW 226 трехходовый краник
Группа продукта	Принадлежности
Использование по назначению	
Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT, Accutron CT-D				
Accutron HP, Accutron HP-D (только в режиме CT)				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	21 бар / 305 фунтов на квадратный дюйм			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка 0,0	Капельница --	Спайк -- 0,1	Остаточный объем жидкости --	Трубка 0,0
► Длина трубки КВ в мм				
со стороны всасывания 0,0			со стороны давления 0,0	
► Размеры трубки КВ ∅ в мм				
со стороны всасывания			со стороны давления	
∅ a 0,0	∅ i 0,0		∅ a 0,0	∅ i 0,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

► Данные о материале	
Трубка/ линия	--
шприц-колба	--
принадлежности	Корпус: ПК Поршень: ПЭ высокой плотности Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: ПП
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x15,5
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288602196(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288602193(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288602190(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта	10,0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

(Продукт + Блистер) в г	
Масса вторичной упаковки в г	378,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 319095-100	**Название продукта**
Описание	SP 227 спайк вентилируемый, luer lock
Группа продукта	Принадлежности
Использование по назначению	
Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с				
Accutron CT, Accutron CT-D				
Accutron HP, Accutron HP-D				
Accutron MR, Accutron MR3				
► Описание производства				
Макс. давление	Только наполнение			
► Объем наполнения КВ в мл				
со стороны всасывания				со стороны давления
Трубка --	Капельница --	Спайк 0,3	Остаточный объем жидкости --	Трубка --
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 1,2 нм				
► Данные о материале				
Трубка/ линия				
шприц-колба	--			
принадлежности	Воздушный фильтр с крышкой: ПП Вентилируемый спайк: АБС Винтовая крышка: низкоплотный ПЭ Защитная крышка: низкоплотный ПЭ			

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482
Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^{0}C – 30^{0}C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601748(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601745(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601742(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	5,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

Ред 05 **Дата 19.04.2019**

Изображение	
► Описание продукта	
Номер статьи 319099-100	**Название продукта**
Описание	Миниспайк зеленый
Группа продукта	Принадлежности
Использование по назначению	
Принадлежности предназначены для связи между некоторыми неактивными медицинскими устройствами (линия для пациента, система шланговая или шприц-колба) или в качестве связующего звена между неактивным медицинским устройством и контейнером для подачи жидкости для переливания контрастного вещества и солевого раствора.	
Применение	
устройство одноразового использования	
Частота применения	
Одноразовое устройство, предназначенное для одного использования одному пациенту.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Штамп: АО МЕДТРОН®
Хауптштрассе 255
Д-66128 Саарбрюккен
Телефон: +49 681 97017-0
Факс: +49 681 97017-20

Паспорт продукта

совместимо с	
Accutron CT, Accutron CT-D	
Accutron HP, Accutron HP-D	
Accutron MR, Accutron MR3	
► Описание производства	
Макс. давление	Только наполнение
Спайк с микробиологическим воздушным фильтром, размер пор 0,1 нм	
► Данные о материале	
Трубка/ линия	--
шприц-колба	--
принадлежности	Воздушный фильтр с крышкой: ПТФЭ Спайк вентилируемый: АБС
Стерильная барьерная система	Отрывная мягкая блистерная упаковка
Материалы стерильной барьерной системы	Специальная медицинская бумага 60г/м^2 ПА/ПЭ многослойная соэкструзионная пленка
Материалы вторичной упаковки	--
Размеры вторичной упаковки в мм	38,5x28,5x23,0
Отметка CE	CE 0482

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт продукта

Классификация (MDD)	Класс IIa
Код UMNDS	15-265
Код GMDN	16545
Срок годности	5 лет
Стерилизация	ЭО-Газ
Условия хранения	Температура хранения: 10^0C – 30^0C Относительная влажность: 30% - 80% Хранить в закрытой упаковке, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, в сухом месте.
Производитель	АО МЕДТРОН Хауптштрассе 255 66128 СААРБРЮККЕН Германия
Код HS	90183900
Штрих-код внутреннего блистера Штрих-код первичной упаковки Штрих-код вторичной упаковки	(01)14250288601779(10)123456789(17)ггммдд (01)24250288601776(10)123456789(17)ггммдд (01)34250288601773(10)123456789(17)ггммдд
Масса продукта (Продукт + Блистер) в г	6,0
Масса вторичной упаковки в г	440,0
Количество во вторичной упаковке	200
Минимальное количество для заказа = 1 полная коробка	200

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru