Инструкция по применению

Шпатель медицинский деревянный стерильный iMed GT128-100

Показания
для осмотра ротовой полости, смещения тканей при ларингологическом обследовании, взятия соскоба со слизистой ротовой полости, нанесения мазей, кремов и бальзамов, перемешивания жидкостей или порошков, для нанесения горячего воска и т.д.

Назначение
для осмотра ротовой полости, смещения тканей при ларингологическом обследовании, взятия соскоба со слизистой ротовой полости, нанесения мазей, кремов и бальзамов, перемешивания жидкостей или порошков, для нанесения горячего воска и т.д.

Описание
Из высококачественной древесины с закруглёнными, шлифованными краями и поверхностями.

Упаковка 1 стерильный шпатель в индивидуальной упаковке
Фасовка 100 шт в групповой упаковке

Внимание!
Строго запрещается использовать медицинское изделие, если индивидуальная упаковка повреждена или открыта
Шпатель является медицинским изделием однократного применения. Не предназначен для повторного использования и стерилизации.

Условия хранения
Хранить в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от высоких температур, высокой влажности и коррозионно-активных газов.
Стерилизация
Стерилизовано гамма-излучением
Срок годности
5 лет с даты производства (стерилизации)


Не используйте продукт, если упаковка повреждена или открыта


Не использовать повторно


Использовать до



Код серии товара



Стерилизовано гамма-излучением


Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building 1, № 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, Zhejiang Province, Китай

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru