ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по применению предназначена для ознакомления с конструкцией держателей ластмассовых однократного применения (далее - держателей), назначением, использованием, анением, транспортированием и утилизацией.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Держатели предназначены для фиксации и направления иглы при взятии проб крови с мощью вакуумных пробирок.

Держатели изготавливают в стерильном и нестерильном исполнении.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 В зависимости от воспринимаемых механических воздействий держатели относятся к уппе 2 по ГОСТ 20790.

3.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.3 Держатели применяют с вакуумными пробирками диаметрами 13 и 16 мм.

3.4 Масса держателя не более 3 г.

3.5 Резьбовое соединение держателя обеспечивает жесткую фиксацию иглы.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки: держатели - _____ шт.; упаковка -1 шт.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Порядок использования держателей определяется правилами проведения конкретных идов исследований. Применение держателей не требует специальной подготовки.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование держателей в упаковке может осуществляться любым видом ранспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, ействующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Условия хранения должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Обращение с использованными держателями должно проводиться в соответствии с санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Минздрава РБ № 14 от 07 февраля 2018г.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие держателей требованиям ТУ BY 400063552.006-2018 при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования. Срок сохраняемости - 5 лет с момента изготовления изделий.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае обнаружения дефектов держателей, а также некомплектности при их первичной проверке владелец держателей должен направить в адрес изготовителя следующие документы:
дефектную ведомость;
заявку на замену с указанием адреса и номера телефона.

10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

10.1 Держатели пластмассовые однократного применения соответствуют техническим условиям ТУ BY 400063552.008-2019 и признаны годными для использования.

Штамп ОТК Подпись представителя ОТК Дата выпуска

Юридический адрес изготовителя:
Открытое акционерное общество «Медпласт» , 246051,
г. Гомель, ул. Объездная, 12, тел.: +375 (232) 23-52-21

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru