Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ОМ-0020.00.00П «ТРОСТЬ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, С МЕХАНИЗМОМ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ТНМ-МП»

Трость нерегулируемая по высоте, металлическая, с механизмом противоскольжения ТНМ-МП (далее - трость) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения людей с нарушением функций опорно - двигательного аппарата. Трость представляет собой алюминиевую стойку, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.

1 Технические характеристики

1.1 Трость изготавливается 20 исполнений, отличающихся длиной и видом механизма противоскольжения.

- ОМ-0020.00.00-00…-09 - выдвигается при помощи кулачка;
- ОМ-0020.00.00-10…-19 - выдвигается при помощи винта.

1.2 Основные параметры трости:

Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более	Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более	Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более
ОМ-0020.00.00-00	785	0,47	**ОМ-0020.00.00-07**	1025	0,54	**ОМ-0020.00.00-14**	905	0,50
ОМ-0020.00.00-01	825	0,48	**ОМ-0020.00.00-08**	1065	0,55	**ОМ-0020.00.00-15**	945	0,51
ОМ-0020.00.00-02	865	0,49	**ОМ-0020.00.00-09**	1105	0,56	**ОМ-0020.00.00-16**	985	0,52
ОМ-0020.00.00-03	895	0,50	**ОМ-0020.00.00-10**	785	0,47	**ОМ-0020.00.00-17**	1025	0,54
ОМ-0020.00.00-04	905	0,50	**ОМ-0020.00.00-11**	825	0,48	**ОМ-0020.00.00-18**	1065	0,55
ОМ-0020.00.00-05	945	0,51	**ОМ-0020.00.00-12**	865	0,49	**ОМ-0020.00.00-19**	1105	0,56
ОМ-0020.00.00-06	985	0,52	**ОМ-0020.00.00-13**	895	0,50			

1.3 Максимальная нагрузка на трость - 100 кг.

2 Требования безопасности

2.1 На каждую опору трости должен быть плотно и без перекосов надет наконечник из резины или другого упругого материала.

2.2 Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов трости.

2.3 При эксплуатации на снегу и льду рекомендуется выдвигать штырь механизма противоскольжения.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Периодически проводить санитарную обработку трости моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть трость насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Трость является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЦСИЕ.03.605.00.00.00П «ТРОСТЬ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, БЕЗ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ТНМ»

Трость нерегулируемая по высоте, металлическая, без механизма противоскольжения ТНМ (далее - трость) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трость представляет собой алюминиевую стойку, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.

1 Технические характеристики

1.1 Трость изготавливается 10 исполнений, отличающихся длиной.

1.2 Основные параметры трости:

Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, ±0,02	Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, ±0,02
ЦСИЕ.03.605.00.00.00	785	0,33	ЦСИЕ.03.605.00.00.00-05	945	0,37
ЦСИЕ.03.605.00.00.00-01	825	0,34	ЦСИЕ.03.605.00.00.00-06	985	0,38
ЦСИЕ.03.605.00.00.00-02	865	0,35	ЦСИЕ.03.605.00.00.00-07	1025	0,39
ЦСИЕ.03.605.00.00.00-03	895	0,36	ЦСИЕ.03.605.00.00.00-08	1065	0,40
ЦСИЕ.03.605.00.00.00-04	905	0,36	ЦСИЕ.03.605.00.00.00-09	1105	0,41

1.3 Максимальная нагрузка на трость не более 100 кг.

2 Требования безопасности

2.1 На каждую опору трости должен быть плотно и без перекосов надет наконечник из резины или другого упругого материала.

2.2 Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов трости.

2.3 Запрещается эксплуатация трости по снегу и льду во избежание получения травмы.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Периодически проводить санитарную обработку трости моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть трость насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.4 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы – 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Трость является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ОПИ-27.00.00П «ТРОСТЬ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ, СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ, БЕЗ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ТНС»

Трость нерегулируемая по высоте, стеклопластиковая, без механизма противоскольжения ТНС (далее - трость) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трость представляет собой стеклопластиковую стойку, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.

1 Технические характеристики

1.1 Трость изготавливается 10 исполнений, отличающихся длиной.

1.2 Основные параметры трости:

Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более	Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более
ОПИ-27.00.00	800	0,35	ОПИ-27.00.00-05	945	0,39
ОПИ-27.00.00-01	825	0,36	ОПИ-27.00.00-06	985	0,40
ОПИ-27.00.00-02	865	0,37	ОПИ-27.00.00-07	1025	0,41
ОПИ-27.00.00-03	895	0,38	ОПИ-27.00.00-08	1065	0,42
ОПИ-27.00.00-04	905	0,39	ОПИ-27.00.00-09	1120	0,42

1.3 Максимальная нагрузка на трость не более 100 кг.

2 Требования безопасности

2.1 На каждую опору трости должен быть плотно и без перекосов надет наконечник из резины или другого упругого материала.

2.2 Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов трости.

2.3 На снегу и льду эксплуатация трости запрещается во избежание получения травмы.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку трости моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть трость насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.4 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы – 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Трость является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223.
Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.
Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ОПИ-67.00.00П «ТРОСТЬ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ, КОМБИНИРОВАННАЯ, С МЕХАНИЗМОМ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ТНК-МП»

Трость нерегулируемая по высоте, комбинированная, с механизмом противоскольжения ТНК-МП (далее - трость) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трость представляет собой комбинированную стойку (верхняя часть стойки выполнена из трубы стеклопластиковой, нижняя – из алюминиевой трубы), сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.

1 Технические характеристики

1.1 Трость изготавливается 20 исполнений, отличающихся длиной и видом механизма противоскольжения.

- ОПИ-67.00.00-00…-09 - выдвигается при помощи кулачка;
- ОПИ-67.00.00-10…-19 - выдвигается при помощи винта.

1.2 Основные параметры трости:

Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более	Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более	Обозначение	Длина, мм, ±5	Масса, кг, не более
ОПИ-67.00.00	785	0,493	**ОПИ-67.00.00-07**	1025	0,564	**ОПИ-67.00.00-14**	905	0,523
ОПИ-67.00.00-01	825	0,508	**ОПИ-67.00.00-08**	1065	0,587	**ОПИ-67.00.00-15**	945	0,530
ОПИ-67.00.00-02	865	0,511	**ОПИ-67.00.00-09**	1105	0,609	**ОПИ-67.00.00-16**	985	0,541
ОПИ-67.00.00-03	895	0,520	**ОПИ-67.00.00-10**	785	0,493	**ОПИ-67.00.00-17**	1025	0,564
ОПИ-67.00.00-04	905	0,523	**ОПИ-67.00.00-11**	825	0,508	**ОПИ-67.00.00-18**	1065	0,587
ОПИ-67.00.00-05	945	0,530	**ОПИ-67.00.00-12**	865	0,511	**ОПИ-67.00.00-19**	1105	0,609
ОПИ-67.00.00-06	985	0,541	**ОПИ-67.00.00-13**	895	0,520			

1.3 Максимальная нагрузка на трость - 100 кг.

2 Требования безопасности

2.1 На каждую опору трости должен быть плотно и без перекосов надет наконечник из резины или другого упругого материала.

2.2 Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов трости.

2.3 При эксплуатации на снегу и льду необходимо выдвигать штырь механизма противоскольжения.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Периодически проводить санитарную обработку трости моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть трость насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Трость является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ОМ-0030.00.00П «ТРОСТЬ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРМ»

Трость регулируемая по высоте, металлическая ТРМ (далее - трость) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трость состоит из алюминиевых стоек, соединённых между собой при помощи фиксатора и уплотнительной втулки, на верхней стойке расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.

1 Технические характеристики

1.1 Трости изготавливаются 3 исполнений, отличающихся наличием и видом механизма противоскольжения:

Обозначение по конструкторской документации	Условное обозначение	Вид механизма противоскольжения	Длина трости, ±15	Рост пользователя, см	Масса трости, кг, не более
ОМ-0030.00.00	ТРМ	-	Регулировка от 800 до 1000 мм переустановкой фиксатора с шагом 40 мм	145-189	0,56
-01	ТРМ-МП	кулачок			0,57
-02		винт			0,57

1.3 Максимальная нагрузка на трость - 100 кг.

2 Требования безопасности

2.1 На каждую опору трости должен быть плотно и без перекосов надет наконечник из резины или другого упругого материала.

2.2 Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов трости.

2.3 На скользкой поверхности (снег, лёд, и т.д.) эксплуатация трости ОМ-0030.00.00 запрещается во избежание получения травмы. В остальных исполнениях рекомендуется выдвигать (кроме помещений и транспорта) штырь механизма противоскольжения.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Периодически проводить санитарную обработку трости моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть трость насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Трость является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ОПИ-51.00.00 П «КОСТЫЛЬ ДЕТСКИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ КДМ»

Костыль детский, металлический, регулируемый по высоте КДМ (далее - костыль) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения больных после травмы нижних конечностей, а также при стойких нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Костыль состоит из алюминиевых стоек, соединённых между собой при помощи крепёжных элементов. В верхней части расположен подмышечник и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник. Костыли поставляются парами. В комплект костылей входят накладки смягчающие (2 шт.).

1 Технические характеристики

1.1 Костыли изготавливаются 3 исполнений, отличающихся наличием и видом механизма противоскольжения:

Обозначение по конструкторской документации	Условное обозначение	Вид механизма противоскольжения	Длина костыля*, мм, ±15	Рост пользователя, см	Максимальная масса пользователя, кг	Масса костыля, кг, не более (с учетом смягчающей накладки)
ОПИ-51.00.00	КДМ	-	от 750 до 950	115 - 135	90	0,82
-01	КДМ-МП	кулачок	от 850 до 950	125 - 145		0,88
-02		винт	от 850 до 950	125 - 145		0,88

*) Длина от наконечника до впадины подмышечника без учёта смягчающей накладки.

2 Требования безопасности

2.1 Перед первым применением отрегулировать длину костыля (регулируется с шагом 25 мм) и высоту положения ручки (регулируется с шагом 20 мм).

2.2 Перед каждым использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

2.3 На скользкой поверхности (снег, лёд, и т.д.) эксплуатация костыля ОПИ-51.00.00 запрещается во избежание получения травмы. В остальных исполнениях рекомендуется выдвигать штырь механизма противоскольжения (за исключением использования в помещении и транспорте).

2.4 Запрещается эксплуатация костылей с износившимся наконечником.

2.5 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку костыля моющими и дезинфицирующими средствами. После санитарной обработки вытереть костыль насухо.

3.2 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.3 Рекомендуется, по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения (при его наличии) смазкой Литол-24.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Костыль является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЦСИЕ.03.129.00.00.00П «КОСТЫЛЬ ВЗРОСЛЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ КВМ»

Костыль взрослый, металлический, регулируемый по высоте КВМ (далее - костыль) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения больных после травмы нижних конечностей, а также при стойких нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Костыль состоит из алюминиевых стоек, соединённых между собой при помощи крепёжных элементов. В верхней части расположены ручка и подмышечник со смягчающей накладкой, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения. Костыли поставляются парами.

1 Технические характеристики

1.1 Костыли изготавливаются 6 исполнений, отличающихся диаметром труб, наличием и видом механизма противоскольжения:

Обозначение по конструкторской документации	Условное обозначение	Диаметр труб, мм	Длина костыля*, мм, ± 15	Рост пользователя, см	Максимальная масса пользователя, кг	Масса костыля, кг, не более
ЦСИЕ.03.129.00.00.00	КВМ	18	1067-1382	145-177	100	0,92
-01	КВМ-МП		1142-1457	153-185		1,10
-02	КВМ	22	1067-1382	145-177	120	1,10
-03	КВМ-МП		1142-1457	153-185		1,22
-04		18			100	1,16
-05		22			120	1,28

МП (в условном обозначении) - наличие механизма противоскольжения. В исполнениях ЦСИЕ.03.129.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.129.00.00.00-03 выдвижение механизма осуществляется кулачком, а в исполнениях ЦСИЕ.03.129.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.129.00.00.00-05 - винтом.

*- длина от наконечника до впадины подмышечника без учёта смягчающей накладки.

2 Требования безопасности

2.1 Перед первым применением отрегулировать длину костыля (регулируется с шагом 35 мм) и высоту положения ручки (регулируется с шагом 50 мм).

2.2 Перед каждым использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

2.3 При эксплуатации на снегу и льду рекомендуется выдвигать штырь механизма противоскольжения. Запрещается эксплуатация костылей с выдвинутым штырём механизма противоскольжения в помещениях, транспорте, местах скопления людей.

2.4 Запрещается эксплуатация костылей с износившимся наконечником.

2.5 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку костыля моющими и дезинфицирующими средствами. После санитарной обработки вытереть костыль насухо.

3.2 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.3 Рекомендуется, по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения (при его наличии) смазкой Литол-24.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Костыль является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЦСИЕ.03.133.00.00.00П «КОСТЫЛЬ ВЗРОСЛЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ КВК»

Костыль взрослый, комбинированный, регулируемый по высоте КВК (далее - костыль) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения больных после травмы нижних конечностей, а также при стойких нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Костыль состоит из деревянных боковин и алюминиевой стойки, соединённых между собой при помощи крепёжных элементов. В верхней части костыля расположен подмышечник со смягчающей накладкой и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения. Костыли поставляются парами.

1 Технические характеристики

1.1 Костыли изготавливаются 3 исполнений, отличающихся наличием и видом механизма противоскольжения:

Обозначение по конструкторской документации	Условное обозначение	Длина костыля*, мм, ±15	Рост пользователя, см	Масса пользователя, кг, не более	Масса костыля, кг, не более
ЦСИЕ.03.133.00.00.00	КВК	1067-1382	147-182	120	1,31
-01	КВК-МП	1142-1457	154-189		1,33
-02					1,39

МП (в условном обозначении) - наличие механизма противоскольжения. В исполнении ЦСИЕ.03.133.00.00.00-01 выдвижение штыря механизма осуществляется кулачком, а в исполнении ЦСИЕ.03.133.00.00.00-02 - винтом.

*- длина от наконечника до впадины подмышечника без учёта смягчающей накладки.

2 Требования безопасности

2.1 Перед первым применением отрегулировать длину костыля (регулировка с шагом 35 мм) и высоту положения ручки (регулировка с шагом 35 мм).

2.2 Перед каждым использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

2.3 При эксплуатации на снегу и льду рекомендуется выдвигать штырь механизма противоскольжения. Запрещается эксплуатация костылей с выдвинутым штырём механизма противоскольжения в помещениях, транспорте, местах скопления людей.

2.4 Запрещается эксплуатация костылей с износившимся наконечником.

2.5 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку костыля моющими и дезинфицирующими средствами. После санитарной обработки вытереть костыль насухо.

3.2 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.3 Рекомендуется, по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения (при его наличии) смазкой Литол-24.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Костыль является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЦСИЕ.03.132.00.00.00П «КОСТЫЛЬ ПОДРОСТКОВЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ КПМ»

Костыль подростковый, металлический, регулируемый по высоте КПМ (далее - костыль) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения больных после травмы нижних конечностей, а также при стойких нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Костыль состоит из алюминиевых стоек, соединённых между собой при помощи крепёжных элементов. В верхней части костыля расположен подмышечник со смягчающей накладкой и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения. Костыли поставляются парами.

1 Технические характеристики

1.1 Костыли изготавливаются 6 исполнений, отличающихся диаметром труб, наличием и видом механизма противоскольжения:

Обозначение по конструкторской документации	Условное обозначение	Диаметр труб, мм	Длина костыля*, мм, ±15	Рост пользователя, см	Масса пользователя, кг, не более	Масса костыля, кг, не более
ЦСИЕ.03.132.00.00.00	КПМ	18	967-1072	135-145,5	100	0,88
-01	КПМ-МП		1042-1147	143-153,5		1,06
-02	КПМ	22	967-1072	135-145,5	120	1,06
-03	КПМ-МП		1042-1147	143-153,5		1,18
-04		18			100	1,15
-05		22			120	1,24

МП (в условном обозначении) - наличие механизма противоскольжения. В исполнениях ЦСИЕ.03.132.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.132.00.00.00-03 выдвижение механизма осуществляется кулачком, а в исполнениях ЦСИЕ.03.132.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.132.00.00.00-05 - винтом.

*- длина от наконечника до впадины подмышечника без учёта смягчающей накладки.

2 Требования безопасности

2.1 Перед первым применением отрегулировать длину костыля (регулируется с шагом 35 мм) и высоту положения ручки (регулируется с шагом 50 мм).

2.2 Перед каждым использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

2.3 При эксплуатации на снегу и льду рекомендуется выдвигать штырь механизма противоскольжения. Запрещается эксплуатация костылей с выдвинутым штырём механизма противоскольжения в помещениях, транспорте, местах скопления людей.

2.4 Запрещается эксплуатация костылей с износившимся наконечником.

2.5 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку костыля моющими и дезинфицирующими средствами. После санитарной обработки вытереть костыль насухо.

3.2 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.3 Рекомендуется, по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения (при его наличии) смазкой Литол-24.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Костыль является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЦСИЕ.03.134.00.00.00П «КОСТЫЛЬ ПОДРОСТКОВЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ КПК»

Костыль подростковый, комбинированный, регулируемый по высоте КПК (далее - костыль) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения больных после травмы нижних конечностей, а также при стойких нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Костыль состоит из деревянных боковин и алюминиевой стойки, соединённых между собой при помощи крепёжных элементов. В верхней части костыля расположен подмышечник со смягчающей накладкой и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения. Костыли поставляются парами.

1 Технические характеристики

1.1 Костыли изготавливаются 3 исполнений, отличающихся наличием и видом механизма противоскольжения:

Обозначение по конструкторской документации	Условное обозначение	Длина костыля*, мм, ± 15	Рост пользователя, см	Масса пользователя, кг, не более	Масса костыля, кг, не более
ЦСИЕ.03.134.00.00.00	КПК	967-1072	137-147,5	120	1,24
-01	КПК-МП	1042-1147	144-154,5		1,27
-02					1,30

МП (в условном обозначении) - наличие механизма противоскольжения. В исполнении ЦСИЕ.03.134.00.00.00-01 выдвижение штыря механизма осуществляется кулачком, а в исполнении ЦСИЕ.03.134.00.00.00-02 – винтом.

*- длина от наконечника до впадины подмышечника без учёта смягчающей накладки.

2 Требования безопасности

2.1 Перед первым применением отрегулировать длину костыля (регулируется с шагом 35 мм) и высоту положения ручки (регулируется с шагом 35 мм).

2.2 Перед каждым использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

2.3 При эксплуатации на снегу и льду рекомендуется выдвигать штырь механизма противоскольжения. Запрещается эксплуатация костылей с выдвинутым штырём механизма противоскольжения в помещениях, транспорте, местах скопления людей.

2.4 Запрещается эксплуатация костылей с износившимся наконечником.

2.5 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку костыля моющими и дезинфицирующими средствами. После санитарной обработки вытереть костыль насухо.

3.2 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.3 Рекомендуется, по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения (при его наличии) смазкой Литол-24.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Костыль является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЦСИЕ.30.547.00.00.00П «КОСТЫЛЬ ВЗРОСЛЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ КВМ»

Костыль взрослый, металлический, регулируемый по высоте КВМ (далее - костыль) применяется как дополнительная опора для облегчения передвижения больных после травмы нижних конечностей, а также при стойких нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Костыль состоит из алюминиевых стоек, соединённых между собой при помощи крепёжных элементов. В верхней части костыля расположен подмышечник со смягчающей накладкой и ручка, на нижнем конце центральной опоры крепится наконечник и механизм противоскольжения (для исполнений -01, -03, -05). Костыли поставляются парами.

1 Технические характеристики

1.1 Костыли изготавливаются 6 исполнений, отличающихся высотой и наличием механизма противоскольжения:

Обозначение по конструкторской документации	Условное обозначение	Длина костыля*, мм	Рост пользователя, см	Масса пользователя, кг	Масса костыля, кг, не более
ЦСИЕ.30.547.00.00.00	КВМ	960±4 - 1160±6	140-160	120	1,0
-01	КВМ-МП				1,1
-02	КВМ	1140±6 - 1340±6	156-176		1,1
-03	КВМ-МП				1,2
-04	КВМ	1340±6 - 1540±6	176-196		1,2
-05	КВМ-МП				1,3

*- длина костыля от наконечника до впадины подмышечника без учёта смягчающей накладки.

2 Требования безопасности

2.1 Перед первым применением отрегулировать длину костыля и положение ручки. Длина костыля регулируется с шагом 25 мм выдвижением нижней центральной опоры, предварительно нажав на кнопку замка на стойке. Для переустановки ручки необходимо предварительно разобрать винтовое соединение (отвернуть барашек и достать шпильку) После регулировок необходимо вновь установить на место все крепёжные элементы. Контролировать правильность регулировки длины костыля по шкале с указанием роста пользователя.

2.2 Перед каждым использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

2.3 Запрещается эксплуатация костыля КВМ на скользкой поверхности (снег, лёд, мокрая плитка и т.д.) во избежание получения травмы.

2.4 При эксплуатации костыля КВМ-МП на снегу и льду рекомендуется выдвигать штырь механизма противоскольжения. Запрещается эксплуатация костылей с выдвинутым штырём механизма противоскольжения в помещениях, транспорте, местах скопления людей.

2.5 Запрещается эксплуатация костылей с износившимся наконечником.

2.6 Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку костыля моющими и дезинфицирующими средствами. После санитарной обработки вытереть костыль насухо.

3.2 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3.3 Рекомендуется, по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения (при его наличии) смазкой Литол-24.

3.4 Рекомендуется по мере необходимости, но не реже раза в год, производить чистку и смазку поверхностей трения механизма противоскольжения смазкой Литол-24.

3.5 После износа наконечника следует его заменить.

4 Срок службы– 2 года.

5 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со момента продажи. Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями и естественным износом.

6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Костыль является изделием медицинского назначения и соответствует СТБ 935-99. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.108946/2207. Действительно бессрочно. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8, (+375 232) 517210, (+375 232) 517223. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru