

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67Я
Тел: +375 176 54 34 71; +375 29 316 42 75

**Мойка медицинская хирургическая
"TISSA-MD",
ТУ ВУ 600091320.014-2015 изм. 1:
ММХ-TMD-X-X-X-X-X-X**

Паспорт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Мойка медицинская хирургическая "TISSA-MD",
ТУ ВУ 600091320.014-2015 изм.1 : **MMX-TMD-X-X-X-X-X-X**
зав.№ _____ изготовлена согласно КД в соответствии с
ТУ ВУ 600091320.014-2015

Мойка медицинская хирургическая "TISSA-MD"
MMX-TMD-X-X-X-X-X-X предназначена для монтажа в
операционных блоках и других специализированных помещениях
с повышенными требованиями по чистоте. Используется для
очистки (мойки водой и моющим средством) рук персонала.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал основания – нержавеющая сталь AISI 304 4N.

Габаритные размеры, мм –

Масса изделия, кг – не более.

Мойка устойчива к дезинфекции 3 % раствором перекиси
водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства
«Лотос».

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мойка медицинская хирургическая "TISSA-MD"	шт.	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мойка медицинская хирургическая "TISSA-MD",
ТУ ВУ 600091320.014-2015 изм.1 : **MMX-TMD-X-X-X-X-X-X**
зав.№ _____ изготовлена согласно КД в соответствии с
ТУ ВУ 600091320.014-2015

соответствует комплекту КД и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска « » _____ 202 г.

Ответственный за приемку:

Бельский С.В.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня
установки на объекте, но не более 24 месяцев со дня
изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются
предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по
адресу:

222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67Я, тел: +375 176 54 34 71;
+375 29 316 42 75

**Гарантийные обязательства не распространяются на
следующие случаи:**

-наличие повреждений, полученных в результате
воздействия огня, активных химических веществ и т.п.;

-наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта
или изменения конструкции изделия в течение гарантийного
срока эксплуатации.