Инструкция по применению на
ПИПЕТКИ

1. Назначение. Предназначены для отбора различных жидкостей (биологические жидкости, реактивы и т.д.), их переноса в емкости для транспортировки, хранения и проведения исследований, капельного дозирования, безопасной работы с жидкими бактериальными культурами возбудителей разных классов опасности, для работы с клеточными культурами, отбора супернатанта и отделения его от осадка, проведения серологических реакций в капле и др. Обеспечивают работу со стандартной по объему каплей.

2. Описание изделия: Пластиковые пипетки представляют собой трубку, на одном конце которой находится замкнутый резервуар, используемый для заполнения пипетки, а на другом – вытянутый сужающийся носик. Замкнутый резервуар для наполнения обеспечивает безопасность работы данной пипетки в связи с тем, что образование аэрозолей и контаминация ими любых устройств для заполнения пипеток и окружающей среды исключены. Пипетки однократного применения изготовлены из высококачественного полиэтилена низкого давления (ПЭНД): прочного, нетоксичного и инертного. Низкие адгезивные свойства материала обеспечивают полный слив жидкости из пипетки.

3. Противопоказания к применению. При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

4. Подготовка изделия к работе. Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

5. Меры предосторожности. Хранить вдали от огня и источников тепла. Перед использованием убедитесь, что дозируемое вещество не повредит пипетку. Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре.

6. Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.

7. Порядок работы изделия. При необходимости капельного дозирования материала или реактива используют Пастеровскую пипетку, которую берут исключительно за резервуар для заполнения и не касаются носика. Если пипетка индивидуально упакована, то упаковку вскрывают непосредственно перед работой с пробой со стороны противоположной носику и аккуратно извлекают изделие из упаковки. Сжав резервуар пипетки и постепенно его отпуская, проводят заполнение. После использования пипетку сбрасывают в специальную емкость для сбора отходов или в пакет для автоклавирования.

8. Правила хранения Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

9. Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке, для нестерильных изделий – срок хранения 5 лет.

Производитель: Aptaca S.p.A., Регион Монфорте, 30, 14053, Канелли (AT), Италия
Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь