СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **И.В.Лосицкий**

«05» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**

«26» февраля 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Изделий медицинских марлевых», производства ООО «ЧЕФИ»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **С.И. Зинченко**

«04» 08 2016 г.

РАЗРАБОТЧИК

Заместитель директорапо производству ООО«ЧЕФИ»

_____ **Е.В.Чирков**

«26» февраля 2016 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция устанавливает порядок использования изделий медицинских марлевых (далее – изделий), выпускаемых ООО «Чефи» по ТУ BY 100374412.007-2011.

Изготавливают следующие наименования изделий:

- салфетки марлевые медицинские стерильные (салфетки стерильные);

- отрезы марлевые медицинские нестерильные (отрезы).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Изделия предназначены для использования в качестве операционно-перевязочных средств, для наложения на раны, осушения операционного поля в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

1.2 Салфетки и отрезы изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли.

1.3 В зависимости от назначения изготавливают изделия различного размера и количества слоев (двух-, четырехслойные).

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ САЛФЕТОК

2.1.1 Салфетки применяются в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды. Для закрепления и удержания на раневой поверхности салфетки фиксируются бинтом или медицинским пластырем.

2.1.2 Салфетки имеют равномерную структуру, поперечные и продольные края салфеток загнуты вовнутрь, что исключает возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны. Для контакта с поврежденной кожей, открытыми ранами используют только стерильные салфетки.

2.1.3 Перед использованием упаковку с салфетками необходимо разорвать по шву или разрезать чистыми ножницами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.1.4 Стерильные салфетки аккуратно извлекают из упаковки, избегая их соприкосновения с краями упаковки или иными предметами, способными контаминировать салфетки.

2.2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МАРЛЕВЫХ ОТРЕЗОВ

2.2 Отрезы предназначены для перевязки, фиксации салфеток, ватных тампонов и повязок после хирургического вмешательства, с целью осушения раны и предотвращения заражения. В случае контакта с открытой раной можно использовать только после предварительной стерилизации.

2.3 Отрезы могут быть использованы для изготовления перевязочных средств требуемого размера, салфеток, повязок, подкладов.

3 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

3.1 Салфетки сохраняют свою стерильность только при условии хранения в неповрежденной упаковке. Нарушение целостности упаковки может привести к потере стерильности.

3.2 Вскрытые упаковки с салфетками хранению не подлежат. Неиспользованные сразу после вскрытия стерильные салфетки могут применяться как нестерильные.

4 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Изделия хранят в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей.

5 СРОК ГОДНОСТИ

5.1 Срок годности стерильных изделий - 5 лет с даты стерилизации.

5.2 Срок годности нестерильных изделий - 5 лет с даты изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Использованные салфетки, отрезы и перевязочные средства, изготовленные из них, собирают вместе с медицинскими отходами. Класс опасности использованных изделий устанавливают исходя из класса опасности биоматериала, с которыми контактировали изделия.

6.2 Использованные изделия из мест сбора направляют к месту обеззараживания/обезвреживания и дальнейшей утилизации при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

6.3 Утилизация должна осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru