

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окклюдаторы, ТУ ВУ 291235525.004-2015 изм.2 (далее - *изделия*) предназначены для надежной фиксации загипсованных моделей при изготовлении зубных протезов.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ

- Окклюдатор магнитный арт.3411ПП;
- Окклюдатор арт.3418ПП;
- Окклюдатор арт.3419ПП;
- Окклюдатор арт.3420ПП;
- Окклюдатор арт.3421ПП;
- Окклюдатор арт.3422ПП.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Окклюдатор магнитный арт.3411 ПП изготовлен из алюминиевого сплава, стали, АВС пластика.

Остальные окклюдаторы изготовлены из алюминиевого сплава, стали, латуни.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- соответствующее изделие,
- инструкция по применению.

4. МЕТОДИКА МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Загипсуйте модели челюстей в соответствии с заданными параметрами;
- Аккуратно поместите гипсовые модели в специальные рамки окклюдатора;
- Убедитесь, что модели правильно зафиксированы в устройстве и отражают верное окклюзионное соотношение;
- Осуществите фиксацию окклюдатора, чтобы надежно удерживать модели в заданном положении;
- Используйте прибор для моделирования или адаптации зубных протезов, воспроизводящие вертикальные (открытие и закрытие) движения нижней челюсти;
- При возникновении неточностей или необходимости, можно выполнить коррекцию вертикального перемещения челюсти в окклюдаторе;
- После завершения работ аккуратно снимите модели с окклюдатора.

5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

Изделия в конце рабочей смены подлежат дезинфекции. Ее проводят дезинфицирующим средством путем двукратного протирания ветошью согласно прилагаемой к средству инструкции по режиму, определенному производителем дезинфицирующего средства для этих целей, с экспозицией не менее 60 мин.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Изделия предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности не более 80% при температуре +25°C.

6.2. Изделия транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 100% при температуре +25°C.

6.3. Условия хранения изделий в упаковке изготовителя – в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 291235525.004-2015 изм.2, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Срок службы – 5 лет со дня изготовления.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня получения потребителем (даты продажи), но не более 24 мес. со дня изготовления.

7.4. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделия при предъявлении паспорта (инструкции по применению).

8. УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока эксплуатации и при потере потребительских качеств изделий, утилизация должна осуществляться согласно действующему законодательству Республики Беларусь в области обращения с отходами.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляются изготовителю в установленном порядке по адресу:

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский район, д.Пинковичи, ул. Полевая, 31В