Инструкция по применению
Перчатки смотровые

Дата выпуска инструкции по применению: 09.04.2024

Производитель

СФМ Госпиталь Продуктс ГмбХ
SFM Hospital Products GmbH
Segelfliegerdamm 67-89
12487 Berlin, Германия

Продукция

Перчатки смотровые, нестерильные, виниловые неопудренные

Номер UDI-DI	Обозначение продукта
04036534VEGQS	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные виниловые, гладкие, неопудренные, стандартные, Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
04036534VEGQS	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные виниловые, гладкие, неопудренные, Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

Предполагаемое использование

Смотровые перчатки представляют собой нестерильное, потенциально инвазивное, одноразовое медицинское изделие для временного использования, обеспечивающее механический барьер для защиты пациентов и мед-персонала от потенциально инфекционных материалов и снижающее риск заражения.

Смотровые перчатки используются как медицинскими работниками, так и неспециалистами для проведения процедур и обследований людей в клинических и медицинских учреждениях, а также в сестринском деле по уходу за больными.

Показания

Эти смотровые перчатки предназначены для защиты пациента от потенциально инфекционных материалов и других загрязнений во время лечения или осмотра. Изделие предназначено для использования в любой ситуации, требующей лечения или осмотра пациента.

Противопоказания

Противопоказаний не выявлено.

Пациенты

Для группы пациентов нет ограничений по возрасту, весу или состоянию (здоровья).

Пользователь

Смотровые перчатки используют как медицинские работники, так и неспециалисты.

Общие правила техники безопасности

Не используйте более 60 минут!



Никогда не используйте перчатки для осмотра повторно!

Остаточные риски

Остаточные риски, связанные со смотровыми перчатками, неизвестны.

Инструкция по применению

Перед использованием перчатки необходимо проверить на наличие повреждений. Если обнаружено повреждение, даже в сомнительных случаях, поврежденную перчатку следует немедленно утилизировать.

Это одноразовые перчатки, которые можно носить как на левой, так и на правой руке. При использовании этих смотровых перчаток следует соблюдать рекомендации из Руководства S1 029-021: «Требования к перчаткам для профилактики инфекций в здравоохранении».



После использования дезинфицирующего средства для рук, они должны быть полностью сухими, прежде чем надевать смотровые перчатки! Остатки под перчатками могут вызвать повреждение кожи.

Убедитесь, что ваши перчатки хорошо сидят, чтобы вам было удобно носить их во время всех процедур обследования».



При возникновении раздражения кожи или аллергической реакции немедленно снимите перчатку с пораженного участка и обратитесь за консультацией к дерматологу!



В случае прокола или разрыва перчатки следует немедленно заменить.

Перчатки необходимо утилизировать после использования.



Перчатки, загрязненные кровью или другими органическими жидкостями, необходимо немедленно утилизировать как медицинские отходы».

Используемые графические символы


Производитель


Дата изготовления


Использовать до



Номер производства, партия



Артикула №



Маркировка как медицинского изделия



Элементы данных UDI — кодирование в удобной для восприятия форме


Не для повторного использования.


Не использовать, если упаковка повреждена.



Продукция содержит латекс.


Температурные ограничения


Хранить в сухом месте


Беречь от солнечного света.


предупреждение, предупредительное уведомление


знак соответствия в России


Орган по сертификации в России


Национальный знак соответствия Украины


Ограничение по влажности


Знак Евразийское соответствие

Условия хранения и транспортировки

Хранение и транспортировка должны осуществляться надлежащим образом в картонных коробках. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 40°C. Механические воздействия могут сделать изделие непригодным для использования.

Утилизация

После использования внешняя поверхность перчаток должна быть сначала визуально проверена на наличие потенциально биологически загрязненных остатков. Если гигиеническое снятие перчаток без контакта с кожей не может быть обеспечено, загрязняющие вещества должны быть удалены перед снятием. Использованные смотровые перчатки должны быть безопасно утилизированы в контейнерах с соответствующей маркировкой.

Если неиспользованные перчатки повреждены или истек срок их годности, утилизируйте их вместе с бытовыми отходами.
Уточните у местных органов власти правила утилизации одноразовых медицинских изделий.

Отчеты об инцидентах

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с продукцией, необходимо сообщать в SFM и соответствующий орган. Чтобы сообщить в SFM, перейдите на сайт www.sfm-berlin.de и нажмите «Обратная связь».

Наименование производственной площадки: «Top Glove Sdn. Bhd.»
Импортёр в Республике Беларусь: ЗАО «Белмедпоставка» (225730, Беларусь, Брестская область, Пинский район, д. Пинковичи, ул. Поперечная, 36)