

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2025 г.

М.П.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ВГВ (форма 1))

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «РеалБест ДНК ВГВ» предназначен для выделения и выявления ДНК вируса гепатита В в сыворотке (*плазме*) крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.

Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами как роторного типа: «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» (*фирма «Corbett Research», Австралия*), «Rotor-Gene Q» (*фирма «Qiagen», Германия*), так и планшетного типа: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» (*фирма «Bio-Rad», США*), «ДТ-96» (*ООО «НПО ДНК-Технология», Россия*) или их аналогами.

Набор рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 12 образцов в каждой, включая контроли.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1. Принцип метода.

Набор укомплектован всеми необходимыми компонентами для проведения всего комплекса процедур по концентрированию и выделению ДНК вируса гепатита В из сыворотки (*плазмы*) крови и проведению ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.

Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного специфического фрагмента ДНК, заключающегося в повторяющихся циклах: температурная денатурация, отжиг праймеров с комплементарными последовательностями, достройка полинуклеотидных последовательностей с этих праймеров Taq-полимеразой.

В основе используемого метода регистрации лежит измерение сигналов флуоресценции в каждом цикле ПЦР. Увеличение сигналов флуоресценции происходит благодаря использованию специфичного для данной ДНК гибридационного ДНК-зонда, который в ходе реакции связывается с одной из цепей ДНК, обеспечивая также дополнительную специфичность метода. ДНК-зонд содержит на 5'-конце флуоресцентный краситель, а на 3'-конце – гаситель флуоресценции, значительно снижающий интенсивность флуоресценции. В ходе полимеразного синтеза комплементарной цепи, благодаря 5'-3'-нуклеазной активности Taq ДНК-полимеразы, зонд расщепляется с 5'-конца и происходит разобщение красителя и гасителя, приводящее по мере накопления продукта реакции к возрастанию сигнала флуоресценции. При этом измеряемая интенсивность флуоресценции зависит от количества образовавшихся специфических ампликонов и динамика нарастания флуоресценции определяется исходным количеством ДНК в образце.

Учёт эффективности выделения ДНК из образцов обеспечивается выделением ДНК вируса гепатита В из образцов сыворотки (*плазмы*) крови совместно с предварительно внесённым внутренним контрольным образцом (ВКО).

2.2. Состав набора.

Комплект реагентов для выделения НК:

- концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл;
- лизирующий раствор № 1 – 4 фл. по 4 мл;

- лизирующий раствор № 2 – 4 фл. по 7 мл;
- осадитель НК – 4 фл. по 12 мл;
- раствор для отмывки № 1 – 4 фл. по 8 мл;
- раствор для отмывки № 2 – 4 фл. по 5 мл;
- элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл;
- сорбент (*суспензия магнитных частиц*) – 1 фл, 1 мл;
- отрицательный контрольный образец (ОКО) – 1 фл., 12 мл;
- внутренний контрольный образец (ВКО) – 2 фл.

Комплект реагентов для амплификации:

- положительный контрольный образец (ПКО) – 1 фл.;
- раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл;
- готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) – 48 пробирок.

Набор дополнительно комплектуется:

- закручивающимися крышками для флаконов с ПКО и ВКО – 3 шт.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. **Специфичность** выявления ДНК вируса гепатита В определяется по стандартной панели отрицательных сывороток предприятия, СПП ОКС (*рег. № 05-2-214*), как процентное содержание образцов, определённых набором как отрицательные, и составляет 100%.

3.2. **Чувствительность**, определённая по пяти образцам с концентрацией ДНК ВГВ 5 МЕ/мл, приготовленным из СОП ДНК ВГВ (*рег. № 05-2-211*), как процентное содержание образцов, определённых набором как положительные, и составляет 100%.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 3 (*ГОСТ Р 51609-2000*).

4.2. При работе с набором следует соблюдать СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (*опасности*) и возбудителями паразитарных болезней».

4.3. Для предотвращения контаминации необходимо территориально разделять этапы выделения ДНК и постановки ПЦР согласно МУ 1.3. 2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности».

4.4. При работе с набором следует надевать **одноразовые** медицинские перчатки.

4.5. Каждое рабочее место должно быть снабжено собственным набором пипеток переменного объёма, необходимыми вспомогательными материалами и оборудованием. Запрещается их перемещение между рабочими местами.

4.6. Для проведения реакции амплификации с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени необходимо использовать **только одноразовые** наконечники с фильтром для пипеток.

4.7. Не допускается использование одних и тех же наконечников при добавлении разных образцов.

4.8. После окончания работ для дезинфекции и предот-вращения контаминации все рабочие поверхности и оборудование сле-дует подвергнуть действию бактерицидных УФ ламп в течение 1 часа. Затем обработать регла-ментированными санитарными правилами де-зинфицирующими средствами (*такими, как: 0,2% раствор «ДП-2Т»; 1-3% раствор «Диабак»; 0,5% раствор «Лизафин»; 0,5–1% раствор «Ми-страль»; 0,5–2% раствор «Велтолен»*).

4.9. Все использованные одноразовые ма-териалы подвергать обработке дезинфициру-ющими средствами с последующей утилизацией (*см. МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»*).

5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:

– амплификатор с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени роторного типа: «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» (*фирма «Corbett Research», Австралия*), «Rotor-Gene Q» (*фирма «Qiagen», Германия*) или планшетного типа: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» (*фирма «Bio-Rad», США*), «ДТ-96» (*ООО «НПО ДНК-Технология», Россия*) или их аналог;

– ламинарный бокс 2-го класса биологической защиты (*бокс абактериальной воздушной среды типа БАВн-01, «Ламинар-с», ЗАО «Ламинарные системы»*);

- холодильник бытовой, поддерживающий температуру (2–8) °C;
- микроцентрифуга типа «Eppendorf MiniSpin» (фирма «Eppendorf», Германия);
- встряхиватель для пробирок типа «Вортекс» (на-пример, Bio-Vortex V-1 plus, «BioSan», Латвия);
- термошейкер (например, Thermo Shaker TS-100 с блоком SC20N, «BioSan», Латвия);
- пипетки полуавтоматические (дозаторы механические) одноканальные с переменным объёмом, со сменными наконечниками (фирма «Biohit», Финляндия);
- перчатки медицинские одноразовые нестерильные неопудренные латексные или неопреновые (перчатки «NeoTouch», фирма «Ansell HealthCare», Германия);
- одноразовые наконечники для пипеток с защитным фильтром /аэрозольным барьером (фирма «FinnTip», Финляндия);
- одноразовые наконечники для пипеток (фирма «FinnTip», Финляндия);
- одноразовые полипропиленовые пробирки на 2 мл (фирма «SSI», США, кат. № 2340);
- магнитный штатив для выделения нуклеиновых кислот (АО «Вектор-Бест», кат. № E9291);
- штативы для микропробирок вместимостью 2 мл и 0,2 мл (фирма «Хеликон», Россия);
- отсасыватель медицинский (В-40, «ВИСМА-ПЛАНАР»);
- контейнер для сброса отходов (например, «Контейнер для сброса острого инструментария – ЕК-01», фирма «КМ-ПРОЕКТ», или аналогичный).

6. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ И РЕАГЕНТОВ

6.1. Подготовка образцов сыворотки (плазмы) крови.

Внимание! Не допускается применение для анализа образцов гепаринизированной плазмы.

В течение 6 часов после взятия крови следует отобрать сыворотку (плазму) в отдельную пробирку.

Транспортировать и хранить образцы при температуре (18–25) °C до 2 часов; при температуре (2–8) °C не более суток; при температуре минус 20 °C до 2 недель. Повторное замораживание-оттаивание проб не допускается.

Образцы сыворотки или плазмы крови перед использованием необходимо центрифугировать при 13000 об/мин при температуре (18–25) °C в течение 5 минут.

Каждая группа образцов, проходящая через процедуру выделения ДНК, должна содержать **положительный контрольный образец (ПКО) и отрицательный контрольный образец (ОКО).**

6.2. Подготовка компонентов набора:

6.2.1. Перед началом работы извлечь набор реагентов из холодильника, вскрыть упаковку и выдержать компоненты набора при температуре (18–25) °C в течение 30 минут.

6.2.2. Вскрыть флакон с ПКО, удалив пла-стиковую крышку и резиновую пробку. Снятые крышку и пробку поместить в контейнер с де-зинфицирующим раствором. Добавить 1 мл РВК, плотно закрыть флакон новой пластиковой крышкой, входящей в состав набора. Аккуратно перемешать, выдержать 15 минут при температуре (18–25) °C, после чего вновь тщательно перемешать.

После разведения хранить при (2–8) °C не более 1 месяца.

6.2.3. Вскрыть флакон с ВКО, удалив пластиковую крышку и резиновую пробку. Снятые крышку и пробку поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. Добавить 1 мл РВК, плотно закрыть флакон новой пластиковой крышкой, входящей в состав набора. Аккуратно перемешать, выдержать при температуре (18–25) °C 15 минут, после чего вновь тщательно перемешать.

После разведения хранить при (2–8) °C не более 1 месяца.

6.2.4. **ОКО** готов к применению.

После вскрытия флакона хранить при (2–8) °C не более 1 месяца.

6.2.5. Лизирующие растворы перед началом работы прогреть при (50–60) °C до растворения осадка. Перемешать на вортексе содержимое флакона с сорбентом до состояния гомогенной суспензии и во флакон с лизирующим раствором № 2 добавить **140 мкл суспензии сорбента**. Тщательно перемешать.

Внимание! Лизирующий раствор № 2 после вскрытия и добавления суспензии сорбента хранению не подлежит.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1. Выделение ДНК из 1 мл сыворотки (плазмы) крови.

7.1.1. При выборе количества анализируемых образцов для выделения ДНК необходимо предусмотреть, чтобы каждая группа выделяемых образцов и каждая индивидуальная постановка ПЦР содержала 1 ОКО и 1 ПКО.

7.1.2. Отобрать и подписать необходимое для работы количество пробирок объемом 2 мл (по количеству исследуемых образцов, включая необходимые контрольные образцы).

7.1.3. В каждую пробирку внести по 30 мкл раствора ВКО.

7.1.4. Для ОКО в пробирку (маркированную «ОКО») внести 1 мл ОКО.

7.1.5. Для ПКО в пробирку (маркированную «ПКО») внести 970 мкл ОКО и 30 мкл ПКО.

7.1.6. В остальные пробирки пипеткой с отдельными наконечниками внести по 1 мл анализируемых образцов сыворотки или плазмы крови в соответствии с маркировкой пробирок.

7.1.7. В каждую пробирку, не задевая стенок, внести по 1 мл концентрирующего раствора.

7.1.8. Пробирки закрыть крышками, содержимое пробирок тщательно перемешать переворачиванием 5 раз и выдержать при температуре (18–25) °С в течение 10–15 минут. Затем центрифугировать при 3000 об/мин при температуре (18–25) °С в течение 5 минут*.

**Параметры центрифугирования зависят от модели используемой центрифуги:*

Eppendorf MiniSpin – 3000 об/мин;

Eppendorf 5415D – 2000 об/мин;

Eppendorf 5417C – 2000 об/мин;

Heraeus BiofugePico – 2000 об/мин.

7.1.9. Из каждой пробирки пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником максимально полно удалить надосадочную жидкость.

7.1.10. В каждую пробирку к полученному осадку добавить по 200 мкл лизирующего раствора № 1. Перемешать содержимое пробирок на вортке в течение 10–15 секунд, чтобы осадок отслоился от дна пробирки. Выдержать при температуре (18–25) °С 5 минут. Коротким центрифугированием сбросить капли со стенок пробирки.

7.1.11. В каждую пробирку (с лизирующим раствором № 1) добавить по 500 мкл лизирующего раствора № 2 с сорбентом. Перемешать содержимое пробирок на вортке в течение 10–15 секунд. Выдержать в термошейкере при 56 °С с частотой вращения 1300 об/мин в течение 10 минут. Коротким центрифугированием сбросить капли со стенок пробирок.

7.1.12. В каждую пробирку с анализируемыми образцами внести по 750 мкл осадителя НК.

7.1.13. Перемешать содержимое пробирок на вортке в течение 10–15 секунд. Оставить при температуре (18–25) °С на 3–5 минут. Центрифугировать при 13000 об/мин в течение 5 минут.

7.1.14. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником отобрать надосадочную жидкость, не задевая осадок.

7.1.15. В каждую пробирку к осадку добавить 500 мкл раствора для отмывки № 1. Перемешать содержимое пробирок на вортке в течение 10–15 сек. Центрифугировать при 13000 об/мин 5 минут.

7.1.16. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.1.17. В каждую пробирку к осадку добавить по 300 мкл раствора для отмывки № 2. Перемешать содержимое пробирок на вортке в течение 10–15 секунд. Центрифугировать при 13000 об/мин 5 минут.

7.1.18. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.1.19. Высушить осадки в открытых пробирках при температуре (18–25) °С в течение 2–3 минут.

7.1.20. В каждую пробирку к осадку добавить по 200 мкл элюирующего раствора. Тщательно ресуспендировать осадок на вортке в течение 10–15 секунд. Инкубировать в термошейкере при 56 °С с частотой вращения 1300 об/мин в течение 10 минут. Центрифугировать при 13000 об/мин 1 минуту.

Пробы готовы к постановке ПЦР-анализа.

Выделенная ДНК может храниться при (2–8) °С не более 24 часов.

7.2. Выделение ДНК из 100 мкл сыворотки (плазмы) крови.

При малом объёме исследуемой сыворотки (плазмы) набор может быть применён для выявления ДНК ВГВ в 100 мкл образца. Необходимо учитывать, что в этом случае не гарантировано выявление ДНК ВГВ в концентрации менее 50 МЕ/мл.

7.2.1. Отобрать и подписать необходимое для работы количество пробирок объёмом 2 мл (по количеству исследуемых образцов, включая необходимые контрольные образцы – 1 ОКО и 1 ПКО).

7.2.2. В каждую пробирку внести по **30 мкл раствора ВКО**.

7.2.3. Для ОКО в пробирку (маркированную «ОКО») внести **100 мкл ОКО**.

7.2.4. Для ПКО в пробирку (маркированную «ПКО») добавить **70 мкл ОКО и 30 мкл ПКО**.

7.2.5. В остальные пробирки пипеткой с отдельными наконечниками внести по **100 мкл анализируемых образцов сыворотки или плазмы крови** в соответствии с маркировкой пробирок.

7.2.6. В каждую пробирку добавить по **500 мкл лизирующего раствора № 2 с сорбентом**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Выдержать в термошейкере при 56 °С с частотой вращения 1300 об/мин в течение 10 минут. Коротким центрифугированием сбросить капли со стенок пробирок.

7.2.7. В каждую пробирку с анализируемыми образцами внести по **600 мкл осадителя НК**.

7.2.8. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Оставить при температуре (18–25) °С на 3–5 минут. Центрифугировать при температуре (18–25) °С при 13000 об/мин в течение 5 минут.

7.2.9. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником отобрать надосадочную жидкость, не задевая осадок.

7.2.10. В каждую пробирку к осадку добавить **500 мкл раствора для отмывки № 1**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Центрифугировать при 13000 об/мин 5 минут.

7.2.11. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.2.12. В каждую пробирку к осадку добавить по **300 мкл раствора для отмывки № 2**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Центрифугировать при 13000 об/мин 5 минут.

7.2.13. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.2.14. Высушить осадки в открытых пробирках при температуре (18–25) °С в течение 2–3 минут.

7.2.15. В каждую пробирку к осадку добавить по **200 мкл элюирующего раствора**. Тщательно ресуспендировать осадок на вортексе. Инкубировать в термошейкере при 56 °С с частотой вращения 1300 об/мин в течение 10 минут. Центрифугировать при 13000 об/мин 1 минуту.

Выделенная ДНК может храниться при (2–8) °С не более 24 часов.

7.3. Проведение ПЦР.

7.3.1. Пробирки с подготовленными пробами установить в магнитный штатив.

7.3.2. Необходимое количество (по числу подготовленных проб, включая контрольные образцы) микропробирок с ГРС пронумеровать и расположить в штативе.

Внимание! Для приборов «iQ/iQ5 iCycler», «CFX96» и «ДТ-96» надписи следует располагать на боковой части пробирки.

Для приборов «Rotor-Gene 3000/6000, Q» надписи следует располагать на крышке пробирки.

7.3.3. В каждую микропробирку пипеткой с отдельным наконечником с фильтром внести **50 мкл соответствующего раствора выделенной ДНК** (из пробирок, установленных в магнитный штатив). Не захватывать частицы сорбента!

7.3.4. Поместить пробирки в амплификатор.

7.3.5. Запрограммировать прибор для проведения амплификации специфического фрагмента ДНК ВГВ, ДНК ВКО и детекции флуоресцентных сигналов.

7.3.6. Запрограммировать протокол проведения реакции ПЦР:

для амплификаторов «iQ/iQ5 iCycler, «CFX96», «ДТ-96»:

1 стадия: 50 °C – 2 минуты;

2 стадия: 95 °C – 2 минуты;

3 стадия: 50 циклов (94 °C – 10 секунд, 60 °C – 20 секунд);

Измерение флуоресценции проводить при 60 °C.

для амплификаторов «Rotor-Gene 3000/6000, Q»:

1 стадия: 50 °C – 2 минуты;

2 стадия: 95 °C – 2 минуты;

3 стадия: 50 циклов (94 °C – 10 секунд, 60 °C – 40 секунд);

Измерение флуоресценции проводить при 60 °C.

7.3.7. Для регистрации процесса амплификации ДНК ВКО следует выбрать канал детекции «FAM» (для приборов «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» и «Rotor-Gene 3000»), «Green» (для приборов «Rotor-Gene 6000/Q»).

Для регистрации процесса амплификации ДНК ВГВ следует выбрать канал детекции «ROX» (для приборов «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» и «Rotor-Gene 3000»), «Orange» (для приборов «Rotor-Gene 6000/Q»).

7.3.8. Запрограммировать положение пробирок с исследуемыми образцами, положительным и отрицательным контрольными образцами согласно инструкции к используемому прибору.

7.3.9. Запустить программу и провести ПЦР с флуоресцентной регистрацией в режиме реального времени.

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ результатов в случае использования планшетных амплификаторов «iQ5 iCycler», «CFX96» выполняется программой «РеалБест диагностика» (программа проводит все операции по анализу, отбраковке и вычислениям результатов).

При использовании других амплификаторов анализ результатов выполняется в автоматическом режиме в соответствии с настройками, указанными в инструкции по использованию прибора.

9. УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.1. Условия анализа результатов.

9.1.1. В ПКО должно фиксироваться:

- нарастание сигнала специфического продукта амплификации ДНК ВГВ (канал «ROX») и определяться значение порогового цикла **Ct ВГВ**;
- нарастание сигнала амплификации ДНК ВКО (канал «FAM») и определяться значение порогового цикла **Ct ВКО**.

9.1.2. Результаты индивидуальной постановки ПЦР подлежат анализу и учёту, если для ПКО значение **Ct ВГВ** находится в диапазоне, указанном во вкладыше в наборы данной серии.

9.1.3. В ОКО должно фиксироваться нарастание сигнала амплификации ДНК ВКО и определяться **Ct ВКО**, при этом не должно быть достоверного нарастания сигнала специфического продукта амплификации ДНК ВГВ.

Если для ОКО значение **Ct ВГВ** меньше или равно 40, то это свидетельствует о наличии контаминации в системе. Порядок действий в таком случае см. в п. 9.2.4.

9.1.4. В каждом исследуемом образце должно фиксироваться нарастание сигнала амплификации ДНК ВКО (канал «FAM») и определяться **Ct ВКО**. Анализ пробы считается действительным, если для этого образца значение **Ct ВКО** по каналу «FAM» меньше или равно 40.

9.2. Учёт результатов.

9.2.1. Вычислить $(Ct\ ВКО)_{ср}$ как среднее значение **Ct ВКО** всех анализируемых образцов (включая ПКО и ОКО). Отбраковке подлежат значения **Ct ВКО**, отличающиеся более чем на 2 от значения $(Ct\ ВКО)_{ср}$. После отбраковки пересчитать $(Ct\ ВКО)_{ср}$ для оставшихся значений.

9.2.2. Анализируемый образец учитывается как отрицательный (не содержащий ДНК ВГВ), если для этого образца значение **Ct** по каналу «ROX» больше 40 или не определяется.

Если для такого образца значение **Ct ВКО** отличается от значения $(Ct\ ВКО)_{ср}$ более чем на 2, то результат по данному образцу не подлежит анализу и учёту как отрицательный. Необходимо провести повторный анализ данного образца, начиная с этапа выделения.

В случае повторения результата следует провести повторный забор образца крови и снова повторить анализ.

9.2.3. Анализируемый образец учитывается как **положительный**, т.е. содержащий ДНК ВГВ, если для этого образца значение **Ct** по каналу **«ROX»** **меньше или равно 40**.

9.2.4. В случае контаминации все положительные результаты по данной индивидуальной постановке ПЦР считаются недостоверными. Требуется предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить анализ всех образцов данной постановки, для которых получен положительный результат. Образцы данной постановки, анализ которых дал отрицательный результат, следует учитывать как отрицательные.

10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

10.1. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Замораживание наборов не допускается.

10.2. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре (2–8) °С в течение всего срока годности. Замораживание наборов не допускается.

10.3. Для получения надёжных результатов необходимо строгое соблюдение данной инструкции по применению набора.

10.4. Запрещается использовать компоненты из наборов разных серий.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора «РеалБест ДНК ВГВ» требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных техническими условиями и настоящей инструкцией по применению.

Срок годности набора – 12 месяцев со дня выпуска.

По вопросам, касающимся качества набора «РеалБест ДНК ВГВ», следует обращаться в АО «Вектор-Бест» по адресу:

630117, г. Новосибирск-117, а/я 492,

тел.: (383) 252-51-62, 227-60-30;

тел./факс: (383) 252-51-81, 252-51-77;

E-mail: plkobtk@vector-best.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

– Набор реагентов предназначен для профессионального применения и должен использоваться обученным персоналом;

– При использовании набора образуются отходы классов А, Б и Г, которые классифицируются и уничтожаются (*утилизируются*) в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Дезинфекцию наборов следует проводить по МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»;

– Требования безопасности к медицинским лабораториям приведены в ГОСТ Р 52905-2007;

– Не применять набор реагентов по назначению после окончания срока годности;

– Транспортирование должно проводиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

– Производитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям нормативной и технической документации;

– Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности;

– Производитель отвечает за недостатки изделия, за исключением дефектов, возникших вследствие нарушения правил пользования, условий транспортирования и хранения, либо действия третьих лиц, либо непреодолимой силы.

– Производитель обязуется за свой счёт заменить изделие, технические и функциональные характеристики (*потребительские свойства*) которого не соответствуют нормативной и технической документации, если указанные недостатки явились следствием скрытого дефекта материалов или

некачественного изготовления изделия производителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Действия при использовании амплификаторов «Rotor-Gene 3000/6000/O».

Детекция флуоресценции осуществляется по каналам «FAM» («Green») и «ROX» («Orange») для ДНК ВКО и ДНК ВГВ, соответственно.

Анализ результатов амплификации ДНК ВКО:

Нажать в меню кнопку «Analysis», выбрать режим анализа «Quantitation», нажать кнопку «Cycling A. FAM» («Cycling A. Green»), «Show».

Отменить автоматический выбор «Threshold», нажав кнопку «OK» в появившемся окне.

Нажать клавишу «Linear scale».

В меню основного окна «Quantitation analysis» должны быть нажаты две кнопки «Dynamic tube» и «Slope Correct».

Нажать кнопку «More Settings», установить значение «NTC threshold 5%».

В области «CT Calculation» (в правой части окна) выставить в окне «Threshold» значение «0,04».

В таблице результатов – окно «Quant. Results» появятся значения Ct.

Анализ результатов амплификации ДНК ВГВ:

Нажать в меню кнопку «Analysis», выбрать режим анализа «Quantitation», нажать кнопку «Cycling A. ROX» («Cycling A. Orange»), «Show».

Отменить автоматический выбор «Threshold», нажав кнопку «OK» в появившемся окне.

Нажать клавишу «Linear scale».

В меню основного окна «Quantitation analysis» должны быть нажаты две кнопки «Dynamic tube» и «Slope Correct».

Нажать кнопку «More Settings», установить значение «NTC threshold 5%».

В области «CT Calculation» (в правой части окна) выставить в окне «Threshold» значение «0,04».

В таблице результатов – окно «Quant. Results» появятся значения Ct.

Действия при использовании амплификатора «ДТ-96»

1. Настройка экспозиции измерений:

В режиме «Работа с прибором» в меню «Настройки» выберите пункт «Экспозиция измерений».

В открывшемся окне выберите канал «FAM», измените значение экспозиции на «500», для каналов «HEX» и «ROX» установите значение экспозиции «1000». Подтвердите сохранение текущего значения экспозиции, нажав «ДА».

Внимание! Указанные значения экспозиций применимы только для наборов «РеалБест» и при необходимости должны быть изменены на исходные.

2. Программирование амплификатора:

2.1. Для создания протокола амплификации нажать кнопку «Создать» во вкладке «Запуск программы амплификации».

2.2. В открывшемся окне выбрать первый шаблон программы амплификации, отредактировать его в соответствии с программой амплификации к используемому набору:

Для наборов «РеалБест ДНК»:

1 стадия: 50 °C – 2 минуты;

2 стадия: 95 °C – 2 минуты;

3 стадия: 50 циклов (94 °C – 10 секунд, 60 °C – 20 секунд);

Измерение флуоресценции проводить при 60 °C.

Для наборов «РеалБест РНК»:

1 стадия: 45 °C – 30 минут;

2 стадия: 94 °C – 1 минута;

3 стадия: 50 циклов (94 °C – 10 секунд, 60 °C – 20 секунд);

Измерение флуоресценции проводить при 60 °C.

2.3. В ячейке «Имя программы» ввести название созданного протокола амплификации (например, PCR и RT-PCR) и нажать «OK». В открывшемся окне указать папку для сохранения файла и нажать «сохранить».

2.4. В ячейке «Объём рабочей смеси» указать значение «50».

2.5. Во вкладке «Протокол» сначала ввести названия всех образцов, участвующих в постановке, затем заполнить планшет.

Для упрощения заполнения планшета можно создать заготовку, для этого в меню «Тест» выбрать «Создать/редактировать тест», затем «Копировать текущий тест» с именем TEST и присвоить имя новому тесту.

В открывшемся окне в пункте «1.Анализ» выставить тип анализа (*количественный или качественный со стандартами в соответствии с набором*) и метод «Геометрический (Ср)».

Для качественного анализа в пункте «4.Контроли» выставить «1»; для количественного анализа со стандартами (*при постановке с КО1, КО2*) в пункте «3.Стандарты» в ячейке «Количество» выставить «2», в ячейке «2.Дубли» – «3», в пункте «4.Контроли» в ячейке «K⁺» выставить «3», в ячейке «K⁻» – «1».

Если постановка без КО1 и КО2, то в пункте «3.Стандарты» в ячейке «Количество» поставить «0».

В пункте «5.Объём рабочей смеси в пробирке» выставить значение «50».

В пункте «6. Флуорофоры» обозначить **внутренний контроль (ВК)** по каналу «FAM» и специфику по каналу «HEX» или «ROX» в соответствии с инструкцией к набору.

По завершении редактирования нажать «ОК».

В дальнейшем при заполнении протокола следует использовать кнопку «Добавить тест», из списка выбрать нужный для данной постановки и ввести число образцов и контролей.

По окончании заполнения протокола нажать «Применить».

2.6. Программа перейдет на вкладку «Запуск программы амплификации», запустить амплификацию кнопкой «Запуск программы». Результаты реакции сохраняются после нажатия кнопки «Запуск программы» в файл с расширением *.r96.

3. Анализ и учёт результатов.

Детекция флуоресценции осуществляется по каналам «FAM» и «ROX» для ДНК ВКО и ДНК возбудителя, соответственно.

Программа автоматически высчитывает пороговое значение флуоресценции по методу Геометрический (Ср).

При одновременном выявлении ДНК двух возбудителей ДНК второго возбудителя детектируется по каналу «HEX».

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

	Номер по каталогу		Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Содержимого достаточно для проведения n количества тестов		Не стерильно
	Код партии		Температурный диапазон
	Дата изготовления: XXXX-XX-XX Формат даты: год-месяц-число		Изготовитель
	Использовать до: XXXX-XX-XX Формат даты: год-месяц-число		Обратитесь к Инструкции по применению
	Осторожно! Обратитесь к Инструкции по применению		

Консультацию специалиста по работе с набором можно получить по тел.: (383) 252-51-71.