



Фотографические изображения общего вида Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для качественного и полуколичественного выявления антител класса G к SARS-CoV-2» «ИФА-SARS-CoV-2-Анти-G»

Комплект №1, серия 01, дата изготовления 2021.04, годен до 2022.04



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.gov.ru







Информация получена с официального сайта
Федеральный центр по надзору в сфере
www.gosznazn.ru

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.gov.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Т.Ю. Гашенко Гашенко Т.Ю.

25 04 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО
"ЭКОлаб"

Борисов В.Ю.
2021 г.

Макет этикеток

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для качественного и
полуколичественного выявления антител класса G к SARS-CoV-2


ИФА-SARS-CoV-2-Анти-G

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммунсорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (2 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (3 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	1 фл. (14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (50 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
Одноразовые наконечники для дозаторов пипеточных (2-200 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-Анти-G

ТУ 21.20.23-317-70423725-2021







РУ №

Каталожный № 22.11.1 Комплект №1

Серия № 01 Контрольный № 1006

Дата изготовления: 2021.04.23

Годен до: 2023.04.23



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес,
телефоны, условия хранения, надпись «только для in vitro диагностики»
указаны непосредственно на коробке

Начальник ОПР

«Согласовано»

Начальник ОБТК

Авдонина А.С.

Юрина Т.В.

